



Znak: ZOZ.V.010/DZP/21/19

Sucha Beskidzka dnia 10.05.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -  
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym**

**INSTRUMENTARIUM DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Abrazja x 4

Poz.1) Kleszcze Schroeder o dł. 250mm, pozostałe parametry bez zmian lub kleszcze o dł. 250mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz.2) Sonda o dł. 320mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.3) Kleszcze o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.5,8,9,10) Skrobaczka o dł. 310mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.11) Kleszczyki o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz.39) Rękojeść o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.40,41,42) Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie nowego odrębnego, co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty przez większą liczbę dostawców, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.


**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz.40) Kosz druciany o wym. 405x245x30mm.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz.41) Kosz druciany o wym. 405x245x50mm.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



Zestaw narzędzi dodatkowych do Abrazji

Poz.1) Kleszcze Schroeder o dł. 250mm, pozostałe parametry bez zmian lub kleszcze o dł. 250mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz.3) Rękojeść o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.4,5) Skrobaczka o dł. 310mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.7) Kleszczyki o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.8) Kontener o wym. 280x580x135mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz.8) Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie do niej nowego odrębnego pakietu, co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Zestaw do porodu x 10

Poz.2) Imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.5) Kleszcze o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Zestaw narzędzi dodatkowych do porodu

Poz.3) Pęseta o dł. 250mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.6) Pęseta o dł. 250mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.9) Kleszcze Pean-Baby delikatny o dł. 140mm.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Zestaw do cięcia cesarskiego x 2

Poz.1) Hak o wym. 40x50mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz.2) Skrobaczka o dł. 310mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.3) Kleszcze Maier o dł. 260mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.7) Pęseta o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.9) Nożyczki o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.


**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.10) Nożyczki o dł. 200mm lub 185mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz.11) Nożyczki bez ząbkowania, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



Poz.12) Imadło o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.13) Kleszcze o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.16) Kleszcze o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.17) Kleszcze o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**


Poz.18) Kleszcze Rochester-Ochsner o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz.19,20) Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie nowego odrębnego co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

z poważaniem

  
Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej/Beskidzkie  
mgr Janusz Balcowski

  
Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
Sabina Czerniak

