



## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 3 - igły” Znak sprawy: ZP-24-056BN

### Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA:  
Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

#### Pytanie 1 Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej jednorazowej igły tępej z wbudowanym w nasadkę filtrem 5µ w rozmiarze 1,2x38 / 18G?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Swoje wymagania określił w SWZ.**

#### Pytanie 2 Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę. W formularzu asortymentowo-cenowym dopuszcza zaoferowanie wyceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 3** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 11 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 14, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto przedmiotu umowy, **którego dotyczy niedostarczone dokumenty** za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.**

**Pytanie 4** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke lub Pencil Point lub atraumatycznym z energonomicznym uchwytem posiadającym barwny pryzmat zmieniający kolor przy wpływie płynu mózgowo-rdzeniowego, długość 3 ½ (88-90mm), rozmiar: poz. a) 22G i b) 25G – jak dotychczas stosowane.

**Odp. Zamawiający dopuszcza oraz koryguje załącznik nr 2 do SWZ.**

#### Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 4- Igły do portów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do portów z samoprzylepnym kołnierzem, z których Zamawiający miał okazję korzystać na oddziałach (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących rozmiarach:

c 20Gx27mm

a,b,d rozmiary zgodne z wymaganiami SWZ.





**Odp. Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Swoje wymagania określił w SWZ.**

**Pytanie 6** Czy Zamawiający wymaga, aby igły do portów były wyposażone w system bezpieczny zabezpieczający personel przed przypadkowym zranieniem lub zakłuciem zgodnie z Dyrektywą Rady 2010/32/UE dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami?

**Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.**

**Pytanie 7** Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do portów z elastycznymi, giętkimi skrzydełkami z karbowaniem, z wyściełaniem zapewniające wysoki komfort noszenia oraz zmniejszone podrażnienie skóry pacjenta (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących rozmiarach:

c 20Gx27mm

a,b,d rozmiary zgodne z wymaganiami SWZ.



**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Swoje wymagania określił w SWZ.**

**Pytanie 8** pakiet nr 9 Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 1,2x88 spełniającą pozostałe wymagania SWZ? **Odp. Zamawiający dopuszcza oraz koryguje załącznik nr 9 do SWZ.**

**Pytanie 9** Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 1c Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 13G x 70 cm, spełniającą pozostałe parametry opisane w SWZ? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Swoje wymagania określił w SWZ.**

**Pytanie 10** Dotyczy: Pakiet nr 5, poz. 1 a, b i 2: Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku z mostka i biodra z ergonomicznym uchwytem motylkowym oraz dodatkowym uchwytem zakończonym gumową kulką pozwalającym na stabilne i komfortowe trzymanie igły w trakcie zabiegu, spełniające pozostałe parametry opisane w SWZ? **Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.**