



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981

Wrocław, 11.08.2020r

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiomonitorów/stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego.
Nr sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.46.2020*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 5 - Czy zamawiający w pakiecie 10 poz. 1.7, 2.7 oraz 3.6 wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia, które nie wstrzymuje detekcji arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału powiadamiającego pacjenta?

Pytanie nr 6 - Czy zamawiający w pakiecie 10 poz. 1.11, 2.11 oraz 3.14 wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia, które nie wybiera w sposób automatyczny ostatniej skutecznej terapii ATP?

Pytanie nr 7 - Czy zamawiający w pakiecie 3 poz 3.13 wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia nie dostarczającego w sposób autowatyczny ATP w przedsiorkach, w przypadku arytmii nadkomorowych?

Odpowiedź na pytanie nr 5 – 7: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia
KOMENDANTA
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ
SPZOZ we Wrocławiu
.....RAG-PIOTR STRAK.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)