




**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480 BDO: 000110316
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/70/2023

Przasnysz, dn. 03.01.2023 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawy materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz użyczenie fakoemulsyfikatora dla Oddziału Okulistycznego SPZZOZ w Przasnyszu

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1, dot. aparatu:

Czy Zamawiający w konfiguracji aparatu dopuści zamiast 10 szt końcówek koaksjalnych , 10 końcówek bimanualnych (Irygacja/aspiracja) ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. zał nr 3, pkt. 9:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że miał na myśli głowicę z elementem: piezoelektryczny (zamiast pizoelektrycznym) ?

Odp. Zamawiający potwierdza

Pytanie 3, dot. zał nr 3, pkt. 22:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że miał na myśli sterownik nożny?

Odp. Zamawiający potwierdza

Pytanie 4, dot. zał nr 3, pkt. 25:

Czy Zamawiający dopuści aprata z możliwością programowania wysokości statywu kroplówki w zakresie 20-110 cm (zamiast 13-110 cm) ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dot. zał nr 3, pkt. 37:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie przystąpienia serwisu do naprawy od chwili zgłoszenia z max 48 godzin do 72 godzin?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Pytania odnośnie do treści projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować §1 ust. 2 pkt f) umowy poprzez wskazanie, że szkolenie personelu Zamawiającego odbędzie się jednorazowo?

Uzasadnienie:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000060964, NIP: 527-10-93-105, kapitał zakładowy 750.000 zł

Alcon Polska sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Telefon: +48 22 820 34 50

Fax: +48 22 820 34 56

Umowa powinna jak najdokładniej określać obowiązki stron, ze względów organizacyjnych wszyscy pracownicy Zamawiającego powinni zostać przeszkoleni jednorazowo.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować §1 ust. 2 umowy pkt l) umowy poprzez przyjęcie, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie również za materiały, których termin przydatności w momencie rozliczenia depozytu będzie krótszy niż 9 miesięcy?

Uzasadnienie:

Wyroby o terminie przydatności krótszym niż 9 miesięcy są w zasadzie „niesprzedawalne”, dlatego Wykonawca powinien otrzymać za nie wynagrodzenie. Jeśli Zamawiający będzie stosował się do zasad gospodarki materiałowej ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Czy Zamawiający może przyjąć §2 ust. 12 umowy w następującym brzmieniu: „Dostawy soczewek i materiałów eksploatacyjnych realizowane będą według składanych zamówień przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faxem, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 14:00, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. W razie uzasadnionej potrzeby do 1 dnia roboczego od przyjętego zamówienia, telefonicznego lub faxem.”?

Uzasadnienie:

Istotne terminy umowne powinny być określone w dniach roboczych, gdyż stawia to Wykonawcę w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę wystąpienia zdarzenia wymagającego jego reakcji.

Co prawda umowa wskazuje, że dostawy mają mieć miejsce w dni robocze, ale gdyby termin dostawy był określony w dniach kalendarzowych, a zamówienie złożono np. w piątek po południu, Wykonawca miałby realnie tylko kilka godzin w poniedziałek na zorganizowanie dostawy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Czy Zamawiający może przyjąć §6 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: „W razie stwierdzenia wad soczewek i materiałów eksploatacyjnych Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację, Wykonawca zaś zobowiązany jest dokonać wymiany wadliwych materiałów w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia mu reklamowanego

asortymentu.”?

Uzasadnienie:

Termin na rozpatrzenie reklamacji powinien być liczony od dnia doręczenia Wykonawcy reklamowanego towaru, który powinien być mu odsyłany przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §6 ust. 3 umowy kolejne zdanie w następującym brzmieniu: „Koszty napraw spowodowane nieprawidłową eksploatacją aparatu lub jego nieodpowiednim zabezpieczeniem ponosi Zamawiający.”?

Uzasadnienie:

Umowa powinna precyzować, że koszty napraw spowodowane z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego będą ponoszone przez Zamawiającego.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000060964, NIP: 527-10-93-105, kapitał zakładowy 750.000 zł

Alcon Polska sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Telefon: +48 22 820 34 50

Fax: +48 22 820 34 56

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 11

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §6 ust. 5 i 7 umowy w następującym brzmieniu: „5. Ustala się czas reakcji serwisu na max 2 dni robocze. Jako czas reakcji serwisu rozumiany jest czas od zgłoszenia awarii do rozpoczęcia jej usuwania.

7. Jeżeli naprawa aparatu będzie trwała dłużej niż 2 dni robocze licząc od dnia rozpoczęcia usuwania awarii Wykonawca na czas naprawy aparatu zapewni nieodpłatnie aparat zastępczy.”?

Uzasadnienie:

- Jak już wskazano, istotne terminy umowne powinny być określane w dniach roboczych;

- Zasadnym jest doprecyzowanie, że sprzęt zastępczy zostanie podstawiony, jeśli naprawa rozumiana jako czynności związane z bezpośrednim usuwaniem awarii będzie trwała dłużej niż 2 dni robocze;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §7 umowy górny limit naliczania kar umownych wskazanych ust. 1 pkt b)-d), który wyniesie 5% wartości podstawy naliczania kary?

Uzasadnienie:

Ustawy PZP wymaga ustanowienia górnego limitu naliczania kar umownych, jest to niezbędne, aby nie rosły one „w nieskończoność”.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §8 umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zmniejszenia ilości przedmiotu umowy z powodu okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o nie więcej niż 20% wartości umowy, tj.

Zamawiający zobowiązuje się zrealizować umowę w 80% jej wartości.

b) zakupu przedmiotu umowy u innego wykonawcy w przypadku niezrealizowania dostaw w terminie z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie różnicy w cenie oraz kosztów transportu związanych z realizacją dostawy zastępczej, a Zamawiający udokumentuje Wykonawcy poniesione koszty.”?

Uzasadnienie:

- Umowa powinna gwarantować Wykonawcy pewien minimalnym poziom zamówień, który zostanie zrealizowany przez względu na okoliczności, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie może prawidłowo skalkulować oferty jak najkorzystniejszej dla obu stron;

- Zakup zastępczy powinien być dopuszczalny, gdy brak terminowej odstawy wynika z okoliczności zależnych od Wykonawcy;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w par 8

a) zmniejszenia ilości przedmiotu umowy z powodu okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o nie więcej niż 40% wartości umowy, tj. Zamawiający zobowiązuje się zrealizować umowę w 60% jej wartości,

b) zakupu przedmiotu umowy u innego wykonawcy w przypadku niezrealizowania dostaw w terminie z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie różnicy w cenie oraz kosztów transportu związanych z realizacją dostawy zastępczej, a Zamawiający udokumentuje Wykonawcy poniesione koszty.

Pytanie 14

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §10 ust. 1 pkt A) umowy w następującym brzmieniu: „1) w przypadku pięciokrotnego zależnego od Wykonawcy nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) w przypadku braku opisu przedmiotu umowy w języku polskim i niedostarczenia go pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni,

3) w przypadku pięciokrotnej dostawy wadliwego przedmiotu umowy,

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000060964, NIP: 527-10-93-105, kapitał zakładowy 750.000 zł

Alcon Polska sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Telefon: +48 22 820 34 50

Fax: +48 22 820 34 56

4) w przypadku wyżki cen nie uwzględnionych w niniejszej umowie i niedokonania korekty cen pomimo wyznaczenia terminu na jej dokonanie nie krótszego niż 7 dni,

5) w przypadku nie dostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 4 pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni.”?

Uzasadnienie:

- Umowa jest zawierana na 36 miesięcy, a więc koniecznym jest zwiększenie dopuszczalnej liczby uchybień;

- Odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone wyznaczeniem dodatkowego terminu na wykonanie określonych czynności naprawczych;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15

Czy Zamawiający może wprowadzić do umowy klauzulę waloryzacyjną, o której mowa w art. 439 ustawy PZP?

Uzasadnienie:

Umowa jest zawierana na okres powyżej 6 miesięcy, a więc powinna przewidywać mechanizm zmiany wynagrodzenia Wykonawcy związany ze zmianą cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza do umowy par. 12 o treści:

- 1. Zamawiający w związku z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy poprzez zmianę wysokości cen jednostkowych (i tym samym zmianę odpowiedniej wartości umowy) na poniższych zasadach.*
- 2. Ustalanie zmian nastąpi w oparciu o wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana może nastąpić raz w ciągu obowiązywania umowy. Zmiana może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zawarcia umowy.*
- 3. Strona jest uprawniona do wnioskowania o zmianę cen jednostkowych w przypadku zmiany cen w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny, jeżeli ceny w oparciu o ten wskaźnik opublikowany za dany miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o zmianę przez stronę, uległy zmianie o minimum 10 procent (odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia) w stosunku do cen wynikających z tego wskaźnika opublikowanego za miesiąc otwarcia ofert.*
- 4. Poziom zmiany cen jednostkowych, w przypadku wskazanym w pkt 3) powyżej, zostanie ustalony na podstawie wskaźnika, o którym mowa w pkt 3) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o zmianę w porównaniu do miesiąca otwarcia ofert – z zastrzeżeniem pkt 6) i 7) poniżej.*
- 5. Zmiana cen jednostkowych (odpowiednio obniżenie lub podwyższenie) może nastąpić na wniosek strony o zmianę cen wraz z uzasadnieniem i przedłożeniem informacji z GUS uzasadniających zmianę. Wykonawca pod rygorem odmowy dokonania zmiany i braku zmiany wykaże i przedłoży także do wniosku o wzrost cen dokumenty potwierdzające rzeczywiste poniesienia wzrostu cen i kosztów przez Wykonawcę na wykonanie zamówienia.*
- 6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jaką dopuszcza Zamawiający na podstawie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu nie może jednak przekroczyć 10 % pierwotnej wartości zamówienia wskazanej w §3 ust.1 umowy.*
- 7. Zmiana cen (i tym samym odpowiedniej wartości zamówienia) nastąpi na podstawie pisemnego aneksu do umowy, określającego nowe ceny jednostkowe i wartość zamówienia. Zmiana cen będzie skuteczna wyłącznie dla usług realizowanych po dniu sporządzenia aneksu do umowy.*
- 8. Wykonawca zobligowany jest do zmiany wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z art. 439 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Urszula Maćkowska