



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
http://www.szpital.miechow.pl,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 22 sierpnia 2023 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Dostawa wyrobów używanych w przypadku złamań kości (śruby, płyty, wkrety) oraz podstawowych narzędzi dla chirurgii. Nr sprawy: 15/TP/2023**

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2019 z późn. zm.)

1.

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy w zadaniu nr 4 do 7 tygodni.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny wielorazowego użytku, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19, jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Uk.

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w zadaniu nr 4 do 7 tygodni.

2.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Zad. 4, Poz.40) Retraktor Weitlaner o dł. zęba 18mm, identyczny z wymaganym, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza.

3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Zad. 4, Poz.56) Kleszczyki o dł. 100mm, identyczne z wymaganymi, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza.

4.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Zad. 4, Poz.63) Zacisk o sile zacisku 50, identyczny z wymaganym, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza.

5.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Zad. 4, 84) Osteotom o dł. 200mm, identyczny z wymaganym, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza.

6.

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wyroby medyczne niesterylne przeznaczone jedynie do dezynfekcji powierzchniowej wg. instrukcji stosowania przeznaczonej do oferowanego wyrobu? (dot. zapisu pod tabelą asortymentowo-cenową – pkt. 1).

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza wyroby medyczne niesterylne przeznaczone jedynie do dezynfekcji powierzchniowej, Zamawiający usuwa zapis w pkt. 1 pod tabelą asortymentowo-cenową.

7.

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający usunie zapis w pkt. 2 pod tabelą asortymentowo-cenową dot. krotności sterylizacji i resterylizacji? Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku wyrobów opisanych w Zadaniu nr 5.

Ad. 7 Zamawiający usuwa zapis w pkt. 2 pod tabelą asortymentowo-cenową.

8.

Zapytania dotyczące wzoru umowy – Załącznik nr 5a do SWZ:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 z „1%” na „0,5% wartości niedostarczonego towaru”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Ad. 8 Pozostaje jak w treści wzoru umowy.

9.

Zapytania dotyczące wzoru umowy – Załącznik nr 5b do SWZ:

Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 2 lit a i d, iż dwukrotna zwłoka uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach?

Ad. 9 Pozostaje jak w treści wzoru umowy.

10.

Zapytania dotyczące wzoru umowy – Załącznik nr 5b do SWZ:

Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Ad. 10 Pozostaje jak w treści wzoru umowy.

11.

Zapytania dotyczące wzoru umowy – Załącznik nr 5b do SWZ:

Czy Zamawiający dookreśli, iż w przypadku nie określenia terminu ważności okres gwarancji wynosi 12 miesięcy? (§11 ust.2)

Ad.11 Pozostaje jak w treści wzoru umowy.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 29 sierpnia 2023r.
Termin składania ofert do godziny 10:00, termin otwarcia ofert o godzinie 10:15.

podpis elektroniczny