

**Informacja o wpłynięciu pytań do zapytania ofertowego  
na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji  
dla ZZOZ w Wadowicach**

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji dla ZZOZ w Wadowicach, znak: 32/RC/ZP/ZZOZ/2019, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1: Pozycja nr. 1** Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia produkt przeznaczony do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali nierdzewnej i wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych, zawierającego: kwas nadoctowy, inhibitory korozji, substancje powierzchniowo czynne, stabilizatory, substancje pomocnicze. Oferowany produkt jest roztworem gotowym do użycia, zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Przetestowany w warunkach czystych i brudnych. Możliwość kontroli produktu paskami testowymi. Preparat sporobójczy, działanie na prątki gruźlicy, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy w czasie do 5 min. Oświadczenie producenta o kompatybilności z endoskopami firmy Fujion, Olympus. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian. Zamawiający wymaga preparatów kompatybilnych z urządzeniami CHOYANG seria CYW, KARL STORZ i OLYMPUS, będącymi w posiadaniu u Zamawiającego - środki są rekomendowane przez producenta. Urządzenia są na gwarancji.

**Pytanie nr 2: Pozycja nr. 2** Czy Zamawiający dopuści paski testowe do pozycji nr 1 pakowane po 50szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian. Zamawiający wymaga preparatów kompatybilnych z urządzeniami CHOYANG seria CYW, KARL STORZ i OLYMPUS, będącymi w posiadaniu u Zamawiającego - środki są rekomendowane przez producenta. Urządzenia są na gwarancji.

**Pytanie nr 3: Pozycja nr 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego, który dzięki efektywnemu połączeniu kompleksu trój-enzymatycznego (amelazy, lipazy, proteazy) oraz substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry. Preparat nadaje się do stosowania w kąpielii ultradźwiękowej i wykazuje bardzo wysoką tolerancję materiałową. Opakowania 2L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian. Zamawiający wymaga preparatów kompatybilnych z urządzeniami CHOYANG seria CYW, KARL STORZ i OLYMPUS,

będącymi w posiadaniu u Zamawiającego - środki są rekomendowane przez producenta. Urządzenia są na gwarancji.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia **02.09.2019r.** do godziny **11:30.**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 02.09.2019r. godz. 12:00.**

*Dyrektor*  
*Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej*  
*w Wadowicach*  
**Beata Szafraniec**

Otrzymują:

1 x Adresat (e-mail):

1) <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x a/a.