



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 464/08/2024

Chrzanów, 5.08.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców do postępowania przetargowego pn. „Dostawa środków ochrony indywidualnej, bielizny i pościeli dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 82/2024.

1. Pakiet nr 4

Ad. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produktu alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produktu alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Półmaska filtrująca FFP2 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej, niebędąca wyrobem medycznym, o poniższych parametrach:

Półmaska filtrująca CP-04-01 FFP2 NR to środek ochrony indywidualnej - jednorazowa półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami. Jej skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP2, penetracja cząstek jest nie większa niż 6%. Produkty znajdujące się w tej kategorii wykorzystywane są do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami tworzącymi aerozole (pyły, dymy, mgły) jeżeli maksymalne stężenie wynosi najwyżej 10xNDS. W części nosowej wbudowany jest element metalowy o długości 9 cm, umieszczony wewnątrz taśmy polietylenowej, umożliwiający regulację i ściślejsze przyleganie półmasksi do twarzy. Półmaska mocowana jest na twarzy przy pomocy dwóch bezłateksowych taśm nausznych przytwierdzonych za pomocą zgrzewu ultradźwiękowego po obu stronach półmasksi, o szerokości 3-5 mm i długości 21-22 cm.SK.

EN 149:2001+A1:2009 Sprzęt ochrony układu oddechowego – półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Własności	Metoda badań	Wymagania	
Całkowity przeciek wewnętrzny:	EN 149:2001+A1:2009	≤ 8%	
Skuteczność filtracyjna, badanie przy pomocy chlorku sodu oraz oleju parafinowego 95 l/min	EN 149:2001+A1:2009	≥ 94%	
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym	EN 149:2001+A1:2009	≤ 1,0%	
Opór oddychania maksymalny wdech 30 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 0,7	
Opór oddychania maksymalny wdech 95 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 2,4	
Opór oddychania maksymalny wydech 160 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 3,0	

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Pakiet nr 4



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77


www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Ad. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.: Półmaska filtrująca FFP3 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej, niebędąca wyrobem medycznym, o poniższych parametrach:

Półmaska filtrująca CP-05-01 FFP3 NR to środek ochrony indywidualnej - jednorazowa półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami. Jej skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP3, penetracja cząstek jest nie większa niż 1%. Produkty znajdujące się w tej kategorii wykorzystywane są do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami tworzącymi aerozole (pyły, dymy, mgły) jeżeli maksymalne stężenie nie przekracza 30xNDS. W części nosowej wbudowany jest element metalowy o długości 9 cm, umieszczony wewnątrz białej taśmy polietylenowej, umożliwiający regulację i ściślejsze przyleganie półmasksi do twarzy. Półmaska mocowana jest na twarzy przy pomocy dwóch taśm nausznych, przytwierdzonych za pomocą zgrzewu ultradźwiękowego po obu stronach półmasksi, o szerokości 3-5 mm i długości 21- 22 cm.

WŁASNOŚCI		
Własności	Metoda badań	Wymagania
Całkowity przeciek wewnętrzny:	EN 149:2001+A1:2009	≤ 2%
Skuteczność filtracyjna, badanie przy pomocy chlorku sodu oraz oleju parafinowego 95 l/min	EN 149:2001+A1:2009	≥ 99%
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym	EN 149:2001+A1:2009	≤ 1,0%
Opór oddychania maksymalny wdech 30 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 1,0
Opór oddychania maksymalny wdech 95 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 3,0
Opór oddychania maksymalny wydech 160 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 3,0



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Pakiet nr 5

Ad. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Półmaska filtrująca FFP2 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej, niebędąca wyrobem medycznym, o poniższych parametrach:

Półmaska filtrująca CP-04-01 FFP2 NR to środek ochrony indywidualnej - jednorazowa półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami. Jej skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP2, penetracja cząstek jest nie większa niż 6%. Produkty znajdujące się w tej kategorii wykorzystywane są do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami tworzącymi aerozole (pyły, dymy, mgły) jeżeli maksymalne stężenie wynosi najwyżej 10xNDS. W części nosowej wbudowany jest element metalowy o długości 9 cm, umieszczony wewnątrz taśmy polietylenowej, umożliwiający regulację i ściślejsze przyleganie półmasksi do twarzy. Półmaska mocowana jest na twarzy przy pomocy dwóch bezłateksowych taśm nausznych przytwierdzonych za pomocą zgrzewu ultradźwiękowego po obu stronach półmasksi, o szerokości 3-5 mm i długości 21-22 cm.SK.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

EN 149:2001+A1:2009 Sprzęt ochrony układu oddechowego – półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.


Własności	Metoda badań	Wymagania	
Całkowity przeciek wewnętrzny:	EN 149:2001+A1:2009	≤ 8%	
Skuteczność filtracyjna, badanie przy pomocy chlorku sodu oraz oleju parafinowego 95 l/min	EN 149:2001+A1:2009	≥ 94%	
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym	EN 149:2001+A1:2009	≤ 1,0%	
Opór oddychania maksymalny wdech 30 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 0,7	
Opór oddychania maksymalny wdech 95 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 2,4	
Opór oddychania maksymalny wydech 160 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 3,0	

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

4. Pakiet nr 5

Ad. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produktu alternatywny do opisanego w SWZ, tj.: Półmaska filtrująca FFP3 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej, niebędąca wyrobem medycznym, o poniższych parametrach:

Półmaska filtrująca CP-05-01 FFP3 NR to środek ochrony indywidualnej - jednorazowa półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami. Jej skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP3, penetracja cząstek jest nie większa niż 1%. Produkty znajdujące się w tej kategorii wykorzystywane są do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami tworzącymi aerozole (pyły, dymy, mgły) jeżeli maksymalne stężenie nie przekracza 30xNDS. W części nosowej wbudowany jest element metalowy o długości 9 cm, umieszczony wewnątrz białej taśmy polietylenowej, umożliwiający regulację i ściślejsze przyleganie półmaski do twarzy. Półmaska mocowana jest na twarzy przy pomocy dwóch taśm nausznych, przytwierdzonych za pomocą zgrzewu ultradźwiękowego po obu stronach półmaski, o szerokości 3-5 mm i długości 21- 22 cm.

WŁASNOŚCI			
Własności	Metoda badań	Wymagania	
Całkowity przeciek wewnętrzny:	EN 149:2001+A1:2009	≤ 2%	
Skuteczność filtracyjna, badanie przy pomocy chlorku sodu oraz oleju parafinowego 95 l/min	EN 149:2001+A1:2009	≥ 99%	
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym	EN 149:2001+A1:2009	≤ 1,0%	
Opór oddychania maksymalny wdech 30 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 1,0	
Opór oddychania maksymalny wdech 95 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 3,0	
Opór oddychania maksymalny wydech 160 l/min (mbar)	EN 149:2001+A1:2009	≤ 3,0	



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5. PAKIET nr 13

Czy Zamawiający dopuści spódniczki wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m kw., nieprześwitujące, pakowane po 25 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści do udziału w postępowaniu fartuch jednorazowy o gramaturze 25g/m², w kolorze zielonym, z mankietem w rozmiarze S/M, L/XL, 2XL/3XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

7. Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej 20g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

8. Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrań o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

10. Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcie min. 5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sukienki wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², w kolorze niebieskim z krótkim rękawem, pod szyją wykończona na szpic, bez kieszeni i troków?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

12. Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

13. Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g w kolorze niebieski, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) , wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm , długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

14. Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków o średnicy 47cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

17. Pakiet nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepkę w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², część górna





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², wstawka antypotna 38g/m².
Kolor niebieski z białymi trokami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. Pakiet nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej 20g/m² wiązany na troki z wstawką przeciwpotną na całym obwodzie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

19. Pakiet nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Pakiet nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Zamiast wstawki antypotnej posiada możliwość wywiniecia części przedniej i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z podfoliowanej włókniny polipropylenowej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z papieru laminowanego folią wzmocnione 8 lub 48 nitkami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

24. Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

26. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści spódnicę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 110x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszewki 60x80cm z zakładką 10cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

29. Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszwy w rozmiarze 160 x 210cm z zakładką 15cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

30. Pakiet 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

31. Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ręczników w rozmiarze 40cm x 70cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

32. Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

33. Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie numer 11 w pozycji numer 2 produkt: podkład medyczny włókninowy laminowany w rolce przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych i wymaganych przez Zamawiającego w SWZ. Produkt medyczny, mocny i wytrzymały, nieprzemakalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

34. Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie przez Wykonawcę w pakiecie nr 11, w pozycji nr 1 p odkład o wymiarach: o szerokość rolki 50cm i o długości rolki 80 metrów z przeliczeniem długości metrów do pełnych rolek? będzie to wówczas 1250 rolek.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

35. Pytanie nr 3

Proszę o podanie przez Zamawiającego z jakiego surowca ma być wykonany podkład w pakiecie nr 11 w pozycji nr 1.

Odpowiedź: Z 100% celulozy.

36. Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wymiary 210 cm x 110 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

37. Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby koc ogrzewający był zgodny z normą 13795:2011?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

38. **PAKIET 1 pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 17 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

39. **PAKIET 1 pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

40. **PAKIET 2 pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści komplety o gramaturze min. 40 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

41. **PAKIET 2 pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści komplety z bluzą posiadającą dekolt z wycięciem w szpic obszyty białą lamówką?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

42. **PAKIET 2 pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści komplety w rozmiarach S-XXXL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

43. **PAKIET 2 pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści komplety tylko w jednym kolorze – niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

44. **PAKIET 2 pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści sukienki wykonane z włókny SMS min 35 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

45. **PAKIET 2 pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści sukienki wykonane z włókny polipropylenowej 40 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

46. **PAKIET 2 pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści sukienkę pod szyję wykończoną w szpic bez obszycia lamówką, wyposażoną w troki do regulacji obwodu pasa, bez kieszeni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

47. **PAKIET 2 pozycja 2 i 3** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą PN-EN ISO 10993-10.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

48. **PAKIET 3** Czy Zamawiający dopuści koszulę tył rozcięty na całości, wiązana na dwie pary troków przy szyi i na wysokości pasa, bez plisy, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

49. **PAKIET 4** Czy Zamawiający dopuści maski typ IIR?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

50. **PAKIET 10** Czy Zamawiający dopuści prześcieradła pakowane a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

51. **PAKIET 11** Czy Zamawiający dopuści podkład dwu warstwowy składający się z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

52. **PAKIET 12** Prosimy Zmawiającego o określenie minimalnej, wymaganej gramatury spodenek.

Odpowiedź: Min. 25 g/m².

53. **PAKIET 15** Czy Zamawiający dopuści koce ogrzewające w rozmiarze 210x110 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

54. Dotyczy pakiet nr 1, poz. 1 i 2

W związku z pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

55. Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókny SMMS? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

56. Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókny o gramaturze min. 35 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

57. Dotyczy Pakiet nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby poszewka wykonana została przy użyciu szwów ultradźwiękowych? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

58. Dotyczy Część nr 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę w kolorze zielonym i niebieskim do swobodnego wyboru przez Zamawiającego? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

59. Dotyczy Pakiet nr 16, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby poszwa wykonana została przy użyciu szwów ultradźwiękowych? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

60. Dotyczy Część nr 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści poszwę w kolorze zielonym i niebieskim do swobodnego wyboru przez Zamawiającego? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

61. Dotyczy Część nr 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze niebieskim i zielonym do swobodnego wyboru przez Zamawiającego? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

DYREKTOR

*Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski*

Sporządził:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892