

Regionalne Centrum Krwiotwórczości i Krwiolecznictwa
w Lublinie
SEKCJA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8
tel. 81 532 02 75 w. 165

RCKiK.DZ- 3321/35/2020 / 2020

Lublin dnia 12 sierpnia 2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę sprzętu laboratoryjnego- 2 części**

Zamawiający na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że zmianie ulega załącznik nr 1 do siwz. Zmieniony załącznik nr 1 w załączeniu

Zmiany wchodzi z dniem podpisania. Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Dyrektora
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Regionalnego Centrum
Krwiotwórczości i Krwiolecznictwa
w Lublinie
lek. Waldemar Klimasiński

Starszy Specjalista

mgr Monika Trzcińska

Załącznik nr 1
Część 1

L.P.	Opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto zamówienia poz. 3 x poz.4	Podatek VAT% kwota	Wartość zamówienia brutto Poz. 9+10	Kod (nr katalogowy)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Mieszadło hematologiczne- na min 40 próbek o średnicy do 13 mm. obrotowe, Obciążenie-250 g; Masa do 0,6 kg; klasa bezpieczeństwa- IP 30; Zasilenie-230 AC (zasilacz sieciowy mieszadła); ilość obrotów na minutę-4-5	1					

Razem:

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania

.....
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Część 2

L.P.	Opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto zamówienia poz. 3 x poz.4	Podatek VAT% kwota	Wartość zamówienia brutto Poz. 9+10	Kod (nr katalogowy)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pipeta ośmiokanałowa nastawna w zakresie ustawień od 50 do 300ul.	1					

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania

.....
 (data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)