



Poznań, 28 sierpnia 2024 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Dominika Kmet

Nasz znak: AD-O.272.13.2024

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet XVII, załącznik nr 18 do SWZ

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający wymaga by podświetlenie od dołu (światło przechodzące) miało średnicę pola oświetlającego co najmniej 8 cm, co jest standardem w dobrej klasy stereoskopach czy też zaakceptuje mniejsze, charakterystyczne dla tanich mikroskopów dziecięcych, niskiej jakości?”

Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający wymaga także oświetlacza pierścieniowego, strefowego z możliwością załączenia wszystkich diod, bądź połówki lub ćwiartki diod z dowolnej strony a jeśli tak to ile minimum diod ma posiadać taki oświetlacz?”

Pytanie nr 3: „Czy oświetlenie odbite ma mieć możliwość padania z różnych kierunków czy tylko z jednej strony wystarczy?”



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Pytanie nr 4: „Czy stereoskop winien posiadać możliwość poręcznego, tymczasowego zablokowania kluczem wybranego powiększenia na mechanizmie zoom, co jest pożądane zarówno przy wykonywaniu zdjęć jak również często przy pracy w gronie kilku osób lub szybkiego porównania wielkości różnych preparatów?”

Odpowiedź nr 1 - 4: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 18 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający zaakceptuje także mikroskop równoważny o zakresie powiększeń 7x do 45x wraz z dodatkowym obiektywem 2x, który daje zakres powiększeń 14x do 90x?”

Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 6: „Jakiego pola widzenia okularów 10x wymaga Zamawiający, czy min. 20mm czy min. 22mm?”

Odpowiedź nr 6: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 18 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

Pytanie nr 7: „Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu jedynie zwykłej Deklaracji CE dowodzącej, że wyrób ma oznakowanie znakiem CE dla urządzenia elektrycznego, podobnie jak odkurzacz czy żelazko, czy też wymaga Deklaracji CE IVD dowodzącej, że mikroskop jest wyrobem medycznym?”

Pytanie nr 8: „Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu Deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS, która gwarantuje, że wyrób nie zawiera metali ciężkich czy innych substancji szkodliwych?”

Odpowiedź nr 7 - 8: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 18 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania oraz w uwagach dotyczących wszystkich pakietów.

Pytanie nr 9: „Czy Zamawiający wymaga kolumny statywu o średnicy 32mm, co jest standardem w dobrej klasy stereoskopach czy też zaakceptuje cienką kolumnę statywu charakterystyczną dla tanich, niskiej jakości konstrukcji?”

Pytanie nr 10: „Czy Zamawiający wymaga możliwości regulacji ciężkości obrotu pokręteł regulacji ostrości?”


Pytanie nr 11: „Czy pokrętło płynnej regulacji powiększenia zoom ma być wyskalowane? Ilustropniowo?”



Odpowiedź nr 9 - 11: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 18 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.


Pytanie nr 12: „Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta mikroskopu?”

Odpowiedź nr 12: Jednym z elementów oferty jest załącznik nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. W formularzu ofertowym Wykonawca oświadcza m.in., że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej istnieje serwis świadczący usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego („Wykonawca(nazwa firmy) z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w (adres) może świadczyć usługi w zakresie napraw i konserwacji oferowanego sprzętu laboratoryjnego”).


WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up. Tomasz Witlich
Wojewódzki inspektor Weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Sporządziła: A.Pospychała




Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl