



Łukasiewicz
Instytut
Mikroelektroniki
i Fotoniki



F2/83/2022

Warszawa, dnia 20.10.2022 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę kamery extended SWIR (InGaAs).

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje teść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści kamerę o następujących parametrach:

- *chłodzenie chłodziarką Stirlinga*
- *zakres spektralny 900-1700nm*

Odpowiedź:

Zakres spektralny nie spełnia naszych wymagań

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w:

I. **Rozdziale XI Termin związania ofertą:**

Po zmianie ust. 1 w rozdziale XI SWZ przyjmują brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **24.11.2022 r**

II. **Rozdziale XIII Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:**

Po zmianie ust. 1 i 2 w rozdziale XIII SWZ przyjmują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć na <https://platformazakupowa.pl/pn/imif> do dnia 26.10.2022 r. do godziny 9:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2022 r., o godzinie 10:00.

Uwaga!

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Strona 1 z 1

