



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ^A



N° 2017/75987.1

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wałczu
78-600 WAŁCZ, ul. Kołobrzeska 44
REGON 570544566, NIP 765-14-95-874



DZP.2610.2.2024

Wałcz, dn. 18.06.2024 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawa endoprotez, zespołów ortopedycznych, narzędzi laparoskopowych”**

Zamawiający na podstawie **art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych** (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wpłynięciu do Zamawiającego w terminie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Proszę o wydzielenie z zadania nr 9 do odrębnego pakietu pozycje nr 3,4,5,6.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby konkretnego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej co jest niezgodne z ustawą Pzp.

Zgodnie z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

- 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
- 2) przejrzysty;
- 3) proporcjonalny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

PAKIET 15 –MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY, POZ. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści blok w 4 rozmiarach: 5x5x5mm, 10x10x10mm, 10x10x25mm 5x5x20mm złożony z 5% HAp oraz 95% β-TCP.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej^A

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
Telefon 261 47 28 09; Fax 261 47 28 20
Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Szczecinie
Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002



Pytanie nr 3 POZ. 4

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści blok w rozm. 30x20x10mm. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości wymaganych w poz. 4.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; ilość: 2 op.

Pytanie nr 4

Dotyczy zadania nr 19

poz. 1, 2, 3, 4, 5: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści:

W pozycji nr 1:

Syntetyczny materiał kośćcozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek 1-4 mm o objętości:

- 1-4mm – 10cc
- 1-4 mm – 20cc

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

W pozycji nr 2:

Syntetyczny materiał kośćcozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie bloczka o wymiarach 10x20x30mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

W pozycji nr 3:

Syntetyczny materiał kośćcozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie cylindra o wymiarach 10x15mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

W pozycji nr 4:

Klin do osteotomii zbudowane z syntetycznego materiału kośćcozastępczego do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 µm. wytrzymałości



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ^A



N° 2017/75987.1

mechanicznej 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie klinu o wymiarach 15x20x10x8mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

W pozycji nr 5:

Syntetyczny materiał kośćcozastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany w 38% z hydroksyapatytu oraz wody. Preparat gotowy do użycia bez wstępnego mieszania i przygotowywania. Objętość 5, 10 cc.

- 5 cc
- 10 cc (2 x 5 cc)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści:

Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Istnieje możliwość implantacji artroskopowej. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. **Wymiary membrany 2 cm x 2 cm.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści trzpienie śródszpikowe przystosowane tylko do implantacji cementowej w Pakiecie 6, pozycja III punkt 3 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści trzpienie śródszpikowe przystosowane tylko do implantacji cementowej w Pakiet 8 , pozycja III punkt 17 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia; zadanie nr 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładek o wymiarach jak w tabeli poniżej

Podkładka

1 10 x 5 mm

2 10 x 5 mm

3 13 x 7 mm

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej^A

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
Telefon 261 47 28 09; Fax 261 47 28 20
Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Szczecinie
Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ^A



N° 2017/75987.1

4 13 x 7 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dot. pak. 7 poz. II.5,6,7:

Czy w pak. 7.II poz. 5,6,7 Zamawiający dopuści możliwość sprzedaży bezpośredniej cementów i akcesoriów zamiast deponowania oferowanego asortymentu? Faktura będzie wystawiona razem z doręczonym produktem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Dot. umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 12 pkt 1 ppkt 1 na 1 % wartości brutto składu wyjściowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie mniejszej niż 50 zł ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 12 pkt 1 ppkt 2 na 2% wartości Umowy brutto wadliwego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500,00 zł za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 12 pkt 1 ust. 3 na 1% wartości brutto składu wyjściowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie mniejszej niż 50 zł ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Dot. § 12 pkt 1 ust. 4 - jaki ust. Zamawiający miał na myśli - § 1 składa się z 17-stu ust., Zamawiający wpisał ust. 22.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pkt 4) z treści projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 12 pkt 1 ust. 6 do 20% wartości brutto części, w której nastąpiło odstąpienie od Umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej^A

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
Telefon 261 47 28 09; Fax 261 47 28 20
Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Szczecinie
Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ^A



N° 2017/75987.1

Pytanie nr 15

Dot. pakietu nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podkładki o wymiarach:

7x4,2mm zamiast 8x4,2mm

11x5mm zamiast 10x5,5mm

13x5mm zamiast 13x5,5mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zatwierdzam:

/-/ lek. Paweł Romanowski
p. o. Dyrektora Szpitala

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej^A

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon 261 47 28 09; Fax 261 47 28 20

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002