

OR.DZP.270.40.2024

Otwock, 19.12.2024 r.

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ****Nr sprawy: 40/P/2024**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Dostawa, montaż, instalacja systemów SPEC-PET-CT dla NOMATEN CoRE wraz z pakietem szkoleniowym”**

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320) zawiadamia, że wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1.**

1.q - Czy jeśli system stosuje inny rodzaj symulacji do korekty paralaksy, empiryczny a nie teoretyczny, który jest bardziej dokładny gdyż oparty o prawdziwe dane (typ DOI), to czy taki system zostanie dopuszczony?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 2.**

2.c - Czy zamawiający dopuszcza inną specyfikację mocy lampy, jeśli pozwala ona uzyskać lepszą rozdzielczość niż wymagana w przetargu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuści powyższe pod warunkiem zaoferowania lampy o parametrach nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej.

**Pytanie nr 3.**

2.h - Czy zamawiający dopuszcza AFOV skanera CT 8cm, jeśli skaner obrazuje całe ciało myszy w wymaganym przetargiem minimalnym czasie obrazowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 4.**

2.o - Czy zamawiający naprawdę wymaga ciągłej akwizycji dynamicznej na skanerze CT trwającej półtorej godziny? Skoro dynamicznej to z założenia na żywym zwierzęciu. Uważamy, że jest niemożliwe półtoragodzinne naświetlanie promieniami X zwierzęcia i jednoczesne zachowanie go przy życiu. Jakie doświadczenie mogłoby wymagać tego typu zastosowania? Prosilibyśmy się do tego odnieść, bo może wymóg został przez nas źle zinterpretowany.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wykreśla w Załączniku A2 do SWZ Specyfikacji technicznej pkt. 2 lit. o). Jednocześnie, informuje, że Załącznik A2 do SWZ Specyfikacja techniczna po zmianie z dnia 19.12.2024r. stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 5.**

3.j - Czy dopuszczalny jest inny, a równie precyzyjny i automatyczny system pozycjonowania łóżka, niż lasery? Oparty o video łóżka ze zwierzęciem w czasie rzeczywistym, w celu precyzyjnego jego pozycjonowania w skanerze?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

### Pytanie nr 6.

3.1 - Jaki jest powód określenia marki systemu do anestezji, bez określenia rodzaju anestetyku: parownik izofluranu, sewofluranu, O<sub>2</sub>, powietrze medyczne ... Prosimy o określenie rodzaju anestetyku i poinformowanie nas, czy akceptują Państwo również inne marki.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów pkt. 3. lit. 1). Pkt. 3 lit. 1) otrzymuje następujące brzmienie: „Dostarczenie systemu do anestezji z wbudowanym kompresorem powietrza, posiadające parownik dla izofluranu alternatywnie izofluran lub sevofluran (TSU, kontroler, 1 komora dla myszy, 1 komora dla szczura, monitorowanie).”

Załącznik A2 do SWZ Specyfikacja techniczna po zmianie z dnia 19.12.2024 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

### Pytanie nr 7.

4.b - Jaki jest powód wykluczenia systemu używającego sprężone powietrze? Czy kupujący zezwoli na system wykorzystujący sprężone powietrze, jeśli sprężarka będzie dostarczona wraz z systemem?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest ograniczony powierzchnią pomieszczenia w której staną systemy do obrazowania SPECT / PET/ CT dlatego też chce uniknąć instalowania dodatkowych urządzeń w pomieszczeniu, w tym przypadku sprężarki powietrza. Dodatkowo, urządzenie to generuje hałas, który wpływa niekorzystnie zarówno na zwierzęta jak i na personel ludzki.

### Pytanie nr 8.

5.h - Czy możliwe jest dostarczenie komputerów do akwizycji i rekonstrukcji innych niż w przetargu, ale o co najmniej niegorszych parametrach?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

### Pytanie nr 9.

Zgodnie z Rozdziałem XVII ust. 2.2. pkt 2) SWZ „Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest: [...] **złożyć wraz z ofertą Oświadczenie o spełnianie warunków udziału w postępowaniu**, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby”.

Zamawiający **nie udostępnił** wzoru „Oświadczenia o spełnianie warunków udziału w postępowaniu”.

Jednocześnie, w Rozdziale XVII ust. 3 lit. A.1 wskazano, że oświadczenie o niepodleganiu **wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** składane jest na formularzu JEDZ, **również przez podmiot udostępniający zasoby**, na wezwanie Zamawiającego: „W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby **Wykonawca składa również JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.**”

Wobec powyższej niejednoznaczności ust. 2.2. pkt 2) oraz ust. 3 lit. A.1 Rozdziału XVII SWZ, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy przez wskazane w Rozdziale XVII ust. 2.2. pkt 2) SWZ Oświadczenie o spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy rozumieć JEDZ dla podmiotu trzeciego?
2. Czy jeżeli ww. oświadczenie stanowi odrębny, składany niezależnie od JEDZ dokument, czy zamawiający udostępni jego wzór? Jeżeli Zamawiający nie udostępni wzoru, prosimy o jednoznaczne wytyczne, co powinno się znaleźć w takim oświadczeniu.
3. Czy ww. oświadczenie (lub JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby należy złożyć wraz z ofertą, czy dopiero na wezwanie Zamawiającego

### Odpowiedź Zamawiającego:

### Adn.1, Adn. 2, Adn.3

Zamówienie realizowane w ramach projektu NOMATEN CoRE, nr umowy o dofinansowanie: KPOD.01.18-IW.03-0001/24 współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej modyfikacji zapisu rozdz. XVII ust. 2.2. pkt 2 SWZ, który otrzymał następujące brzmienie:

„2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:

...

2) złożyć wraz z ofertą oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Sporządzając oświadczenie JEDZ można skorzystać z nieodpłatnego narzędzia wspierającego Zamawiających i Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem <http://espd.uzp.gov.pl/>;

Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę elektroniczną (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów) w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ podmiot udostępniający zasoby przedstawia oświadczenie w zakresie zdolności udostępnianych Wykonawcy. Podmiot udostępniający zasoby może ograniczyć się do wypełnienia sekcji **A**. W takim przypadku ogólne oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby będzie interpretowane jedynie w zakresie udostępnianych zdolność.”

SWZ po zmianie z dnia 19.12.2024r. stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.**

**Zamawiający ponadto informuje, że termin składania ofert i związania ofertą ulega zmianie:**

**nowy termin składania ofert to 17.01.2025r., godz. 12.00,**

**nowy termin otwarcia ofert to 17.01.2025r., godz. 12.10,**

**nowy termin związania ofertą to 16.04.2025r.**

Kierownik Zamawiającego

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
Ośrodek Radioizotopów POLATOM  
DYREKTOR  
  
mgr inż. Tomasz Dziel

Załączniki:

- **Załącznik A1 do SWZ** - Specyfikacja Techniczna urządzenia SPECT/CT po zmianie z dnia 19.12.2024r.
- **Załącznik A2 do SWZ** - Specyfikacja Techniczna urządzenia PET-CT po zmianie z dnia 19.12.2024r.
- **SWZ po zmianie z dnia 19.12.2024r.**