



Włocławek, dnia 26.11.2019r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa aparatu USG ginekologiczno – położniczego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Znak postępowania : DZP/85/2019.

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 221 - 541604, data przekazania: 12.11.2019 r., data publikacji: 15.11.2019 r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 15.11.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019 poz. 1843), Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z cyfrowym systemem formowania wiązki o ilości kanałów przetwarzania 5 400 000 i panelem dotykowym o przekątnej 10,1”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z dynamiką systemu wynoszącą 255dB?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta o maksymalnej długości filmu w pamięci CINE równej 35 sekund z możliwością rozbudowy o nagrywanie badań na żywo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głębokością penetracji w zakresie od 2-38cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o kolorowy i spektralny doppler tkankowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną mierzoną prędkością przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze pulsacyjnym na poziomie 3,05m/s ?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem regulacji kąta korekcji +/-70 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez dopplera fali ciągłej na oferowanej głowicy convex oraz bez niedopplerowskiego obrazowania wolnych przepływów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez automatycznego pomiaru HL?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą convex 2D do badań ginekologicznych i położniczych o zakresie częstotliwości 1-7 MHz, ilości kryształów 160, kącie obrazowania 90 stopni z obrazowaniem w trybie krzyżujących się ultradźwięków, obrazowaniem harmonicznym bez dopplera fali ciągłej i dopplera tkankowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny wyposażony w archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym bardzo szybkim i niezawodnym dysku SSD o pojemności 512GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

W załączniku nr 7 w punkcie 60 Zamawiający wymaga polskiej wersji językowej. Prosimy o potwierdzenie, iż polska wersja językowa dotyczy oprogramowania opisanego w punkcie 59.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który nie podaje ilości obrazów składających się na obraz 3D z prędkością obrazowania 4D wynoszącą 30 obrazów 3D/sekundę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez elastografii Sharewave z oferowanej głowicy convex ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę objętościową convex (3D/4D) do badań położniczych o zakresie częstotliwości 1-8MHz ilości kryształów 192, kącie obrazowania 90 stopni, obszarze skanowania 3D/4D 70x70 stopni, obrazowaniem w trybie krzyżujących się ultradźwięków, obrazowaniem harmonicznym, bez dopplera tkankowego ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę liniową o zakresie częstotliwości 4-15MHz z obrazowaniem harmonicznym, szerokością obrazowania 50,4mm ilości kryształów ponad 1000 bez możliwości oprogramowania do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D, oraz bez oprogramowania do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D i bez anatomicznego M-mode?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza aparat o podanych parametrach.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek.med. Krzysztof Szczepański

SPORZĄDZIŁA: Justyna Kruszyńska
Tel. 054 412 96 70
Fax: 054 412 94 32



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

