



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Kraków, 10.07.2020r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa i sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA w pulach osocza metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawą automatycznych systemów diagnostycznych/analizatorów z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem” ZP-12/20.

1) Pytanie do odpowiedzi z dnia 25.06.2020r.

W odpowiedzi z dnia 25.06.2020 r. na pytanie dotyczące Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zmodyfikował treść pkt 2.2.1 SIWZ, iż pod pojęciem „najdłuższy możliwy scenariusz” rozumie się:

- przygotowanie odczynnika;
- wykonanie oznaczenia;
- otrzymanie wyniku ostatecznego;

przy założeniu, iż wynik ostateczny jest ujemny, a aparat nie wykonuje w tym czasie innych oznaczeń.”

Mając na uwadze występujące u poszczególnych wykonawców różnice w procedurze przygotowania odczynników w badaniach do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA w pulach osocza metodą automatyczną, a w konsekwencji również i różnice w przyjmowanym przez wykonawców sposobie liczenia czasu obejmującego przygotowanie odczynnika, prosimy o wyjaśnienie czy czas uzyskania wyniku próbki cito, podlegający punktacji w ramach ww. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, powinien być liczony:

- 1) od momentu wstawienia próbki na pokład analizatora podczas rutynowego dnia pracy, zakładając, że aparat jest przygotowany do pracy, wypełniony płynami eksploatacyjnymi oraz niezbędnymi odczynnikami, czy też
- 2) od momentu wstawienia próbki na pokład analizatora przy założeniu, że aparat jest wyłączony, nieprzygotowany do rutynowej pracy, pozbawiony wszelkich odczynników oraz płynów eksploatacyjnych.

Zapewnienie w postępowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców uzależnione jest od wyjaśnienia i sprecyzowania powyższej kwestii. W tym kontekście zwracamy uwagę, iż aktualna treść pkt 2.2.1 SIWZ, w zakresie, w jakim odwołuje się do elementu „przygotowania odczynnika” nie uwzględnia różnic, jakie w tym zakresie występują w praktyce. W przypadku braku wskazania przez Zamawiającego jednolitego podejścia, jakie przyjąć należy przy ustalaniu czasu niezbędnego na przygotowanie odczynnika do wykonania badania, wykonawcy będą tenże czas ustalać według własnego subiektywnego podejścia. W konsekwencji wykonawcy złożą Zamawiającemu oferty niemożliwe do porównania. Zamawiający z kolei nie będzie w stanie zweryfikować poprawności otrzymanych wycień. W takiej też sytuacji, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Mając zatem na uwadze ryzyko unieważnienia postępowania związane z aktualną treścią pkt 2.2.1, prosimy o niezwłoczne wyjaśnienie jego treści i doprecyzowanie, ewentualnie poprzez dokonanie odpowiedniej modyfikacji SIWZ.

Odpowiedź :

Na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy PZP Zamawiający pozostawia powyższe zapytanie bez rozpoznania gdyż wskazane pytanie wpłynęło do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Łukasz Guliński

Dyrektor RCKiK w Krakowie