



Słupsk dnia 18. 01. 2023 r.

Numer sprawy nr: SE-407/3/23

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na zadane pytania

dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie **zaptania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.**

W dniu 17 stycznia 2023 r. Zamawiający otrzymał pytania dot. Opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.

Pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową w opakowaniu jednostkowym papier- folia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową wykonaną w 70-80% z przędzy poliamidowej teksturowanej, 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 50-95mm z przeznaczeniem na udo, głowę, biodro?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną bawełnianą w rozmiarze 96 x 96 x 130cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową w rozmiarze 96 x 96 x 136cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 12

Czy Zamawiający miał na myśli opatrunek w rozmiarze 7,6x 5,1cm?

Odp. Tak.

Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran pakowane a'3szt z przeliczeniem podanych ilości na 34 opakowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane a'2szt oraz zbiorczo a'25szt co daje łącznie 50szt kompresów przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 17

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 3000 sztuk (pojedynczy worek) czy 3000 rolek?

Odp. Zamawiający oczekuje wyceny za sztuki.

Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści gaziki o wymiarach 30mmx32,5mm-złożone, 30mm x 65mm - rozłożone?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści gaziki o wymiarach 55mm x 45mm-złożone, 110mm x 90mm - rozłożone?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający: