



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2024-04-25

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Nr sprawy: **ZP/54/2024**

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawy sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Numer publikacji ogłoszenia: **221888-2024**

Numer wydania Dz.U. S: **74/2024**

Data publikacji: **15/04/2024**

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Nr pytania	Dotyczy/Pakiet	Dotyczy Pozycja/Paragraf/Punkt	Treść pytania	Odpowiedź
1.	3	8	Prosimy Zamawiającego w poz. 8 o dopuszczenie rękojeści: # Dorosły - różowy / dł. 140.0 mm x śr. 29.0 mm +/- 2 mm # Pediatriczny - niebieski / dł. 140.0 mm x śr. 21.0 mm +/- 2 mm # Krótka - stalowy / dł. 110.0 mm x śr. 29.0 mm) +/- 2 mm Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Zamawiający dopuszcza
2.	3	12	Prosimy Zamawiającego w poz. 12 o dopuszczenie wielorazowej, litowej baterii jako wyrób niemedyyczny tj. 23% VAT.	Zamawiający dopuszcza



PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68

ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01

ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80

ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukończy Cierpienie”



Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego: tel.: +48 42 675 74 89, e-mail: k.dopierala@csk.umed.pl

3.	4	1	<p>Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert wielu wykonawcom, dopuści produkt równoważny o tej samej funkcjonalności leczniczej: Zestaw dializacyjny permanentny (stały) 15,5F, zakładany metodą Seldingera (anterograde), wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na odkładanie się skrzeplin. Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip) Pakowane pojedynczo.</p> <p>Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 43/48cm, 50/55cm, do wyboru przez Zamawiającego</p> <ul style="list-style-type: none"> · zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji, · końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy, · osobny kanał dla przewodnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły, · posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, · wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych, · końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu <p>Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza. Nie jest to produkt równoważny. Proponowane cewniki nie umożliwiają tunelizacji wstecznej a takiej metody wymaga zamawiający.</p>
----	---	---	---	---



MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:
 - 1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 3, poz.8 i 12 poprzez dopisanie tiret „DOPUSZCZENIA” pkt. 1 i 2 o treści :

► DOPUSZCZENIA:

1.	<p>Zamawiający w poz. 8 o dopuszcza rękojeści:</p> <p># Dorosły - różowy / dł. 140.0 mm x śr. 29.0 mm +/- 2 mm</p> <p># Pediatriczny - niebieski / dł. 140.0 mm x śr. 21.0 mm +/- 2 mm</p> <p># Krótka - stalowy / dł. 110.0 mm x śr. 29.0 mm) +/- 2 mm</p> <p>Pozostałe parametry zgodne z SWZ.</p>
2.	<p>Zamawiający w poz. 12 dopuszcza wielorazową, litową baterię jako wyrób niemedyyczny tj. 23% VAT.</p>

2. Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kinga Miśkiewicz