

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski, dnia 12.06.2024r.

Otrzymują:

- strona prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/938786>

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę materiałów zużywalnych do TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO i REZONANSU MAGNETYCZNEGO - Oznaczenie sprawy: FDZP.226.23.2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art.284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW NR 1

Pyt.1. dot. opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET nr 2: Elementy wymienne do strzykawki Empower MR zał. 1A do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie jednostki miary oraz ilości opisanych w zał. 1A do SIWZ Pakiet nr 2 Aktualnie zamawiający wymaga 12 zestawów FAST LOAD EMPOWER MR.

Pragniemy zauważyć, że opakowaniem jednostkowym jest karton zawierający 50 zestawów. W związku z tym czy zamawiający oczekuje dostawy 12 opakowań, łącznie 600 jednorazowych zestawów?

ODPOWIEDŹ: TAK -12 opakowań -łącznie 600 jednorazowych zestawów. Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1A w zakresie PAKIETU nr 2

Pyt. 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET nr 2: Elementy wymienne do strzykawki Empower MR

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zestawów/wkładów do strzykawki automatycznej, które są dopuszczone przez producenta strzykawki (dopuszczenie potwierdzone dokumentami producenta) zgodnie ze specyfikacjami technicznymi zawartymi w Instrukcji Obsługi/Podręczniku użytkownika?

Wszystkie badania i weryfikacje zgodności z Istotnymi Wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i zgodności między składnikami zostały przeprowadzone na dedykowanych materiałach zużywalnych.

Producent nie może zagwarantować jakości, bezpieczeństwa, niezawodności ani funkcjonalności systemu Wstrzykiwacza EmpowerMR® Injector w przypadku używania go z niezaaprobowanymi przez producenta akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi i producent zaleca stosowanie wraz z tym Wstrzykiwaczem wyłącznie zaaprobowanych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych. Ponadto użycie akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta, unieważnia jego gwarancję. Producent nie ponosi ryzyka ani odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone pacjentom i nie może udzielić gwarancji nieuszkodzenia Wstrzykiwacza lub braku obrażeń ciała, do których mogłoby dojść z powodu stosowania niezaaprobowanych przez producenta

akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych i/lub stosowania Wstrzykiwacza w sposób odbiegający od jego przeznaczenia, które opisano w Podręczniku Operatora /Instrukcji Obsługi.

ODPOWIEDŹ: TAK - Zamawiający wymaga zestawów/wkładów do strzykawki automatycznej, które są dopuszczone przez producenta strzykawki (dopuszczenie potwierdzone dokumentami producenta) zgodnie ze specyfikacjami technicznymi zawartymi w Instrukcji Obsługi/Podręczniku użytkownika.

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1A w zakresie PAKIETU nr 2

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższych zmian.

Z poważaniem,