



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WSzSL/FZ/072-30A/19

Legnica, 04-07-2019 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy: zamówienia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt: „Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy (znak sprawy **WSzSL/DZ-30A/19**)

Dotyczy Części 4: Pulsoksymetr

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr w technologii Masimo SET, pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, dzięki eliminacji sygnału płynącego z krwi żyłnej. Technologia uznana jako tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych.

Urządzenie bez wskaźnika słupkowego, z wykresem krzywej pletyzmograficznej, zakresem tętna od 25 – 240 bpm, oraz najczulszym pomiarem perfuzji - PI w zakresie od 0,02 z równą dokładnością w całym zakresie i wynikami przedstawianymi numerycznie w czasie rzeczywistym, przy spełnianiu pozostałych wymaganych parametrów technicznych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 - Czy w związku z najczęściej występującymi problemami podczas pomiarów pulsoksymetrycznych - pomiar w ruchu, zimne kończyny, pacjent pobudzony, pacjent we wstrząsie i z ekstremalnie niską perfuzją Zamawiający wymaga pomiaru w technologii Masimo SET – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, dzięki eliminacji sygnału płynącego z krwi żyłnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy; nie wymaga w urządzeniu funkcji pomiaru w technologii Masimo SET.

Dotyczy projektu umowy :

Pytanie 3 – dotyczy §5 ust. 1 pkt. b) Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości sprzęt, którego zwłoka dotyczy.

Odpowiedź: Zapis umowny pozostaje bez zmian.

Pytanie 4 – dotyczy §6 ust. 1 pkt. a) Prosimy o modyfikację w/w zapisu na: „w wysokości 0,5% wartości urządzenia brutto (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża gody.

Pytanie 5 – dotyczy §5 ust. 1 pkt. c) Prosimy o wykreślenie zapisu, jest on podwójnym naliczaniem kary za to samo przewinienie Wykonawcy.

Odpowiedź: Przedmiotowy zapis nie powieli kar umownych.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7 – dotyczy §9 Prosimy Zamawiającego o zmianę ww. zapisu na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian w ww. zakresie.

Dotyczy karty gwarancyjnej

Pytanie 8 – dotyczy §3 ust.4 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na podjęcie czynności do 3 dni roboczych oraz wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż §3 ust.4 karty gwarancyjnej otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności mających na celu usunięcie wady w czasie nieprzekraczającym trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia, niezależnie od faktu potwierdzenia, bądź też nie potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia zgodnie z ust. 3.

W przypadku zgłoszenia wady w przedmiocie umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady, nie później jednak niż:

- a) w terminie siedmiu dni roboczych w przypadku, gdy wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji,
- b) w terminie dwunastu dni roboczych w pozostałych przypadkach.”


Pytanie 9 – dotyczy §3 ust.8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


mgr inż. Andrzej Bukowczyk