



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480

www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/48/2019

Przasnysz, 30.09.2019 r

Do wszystkich,

Którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup rezonansu magnetycznego.

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1

Jakiego typu gazów medycznych Zamawiający będzie wymagał w nowej pracowni? W jakiej odległości od pracowni znajduje się instalacja gazów medycznych do której będzie możliwość wpięcia nowej instalacji?

Odp. Wykonawca montujący urządzenie powinien mieć rozeznanie jakie gazy są niezbędne w pracowni rezonansu magnetycznego. Szafka z rozdzielaczami znajduje się ok. 100 m. Wykonawca podczas wizji mógł doprecyzować dokładną odległość.

Pyt. 2

W jakiej kategorii powinna zostać wykonana sieć logiczna? W jakiej odległości od adaptowanych pomieszczeń znajduje się Punkt Dystrybucji Sieci Logicznej? Czy Zamawiający oczekuje dostawy osprzętu/ urządzeń aktywnych sieci logicznej? Jeśli tak, to prosimy o ich wymienienie

Odp. Kategoria nr 6. Odległość ok 30 m. Zamawiający wymaga switch światłowodowy zarządzalny min. 24 porty RJ 45 z wkładkami światłowodowymi LC x 2 sztuki.

Pyt. 3

Zamawiający w Zał. Nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w punkcie dot. Konsoli Akwizycyjnej (operatorskiej) aparatu MR wymaga m.in.:

„Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV [obr/s] wynosiła $\geq 15\ 000$ ”

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wartości na $\geq 10\ 000$ obr/s

Różnica 5 000 obr/s - to w rzeczywistości wydłużenie czasu rekonstrukcji rzędu ułamków milisekund przy typowych sekwencjach, a więc jest niezauważalna dla użytkownika. Nawet w przypadku badań z ogromną ilością danych i obrazów (np. przy badaniu funkcjonalnym) gdzie ilość obrazów może osiągnąć 10 tysięcy lub więcej, efektywny czas rekonstrukcji wydłuży się z 0,7 sekundy do jednej sekundy a więc o 0,3 sekundy.

Modyfikacja parametru umożliwi Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.
Odp. Zamawiający dopuszcza to rozwiązanie.

Pyt. 4

§ 8 Kary Umowne Wzoru Umowy

Umowa zawierana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winna obejmować zabezpieczenie interesu obydwu stron. Określenie zbyt wygórowanych kar może doprowadzić, iż Wykonawca szacując ryzyka będzie musiał założyć bardzo wysokie zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych późniejszych zobowiązań względem Zamawiającego, co bezpośrednio będzie miało wpływ na wysokość końcowej ceny oferty. Dlatego też Wykonawca wnosi o zmianę § 8 kary Umowne w zakresie:

Pkt 1 a) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,05% kwot brutto za każdy dzień opóźnienia (osobno za urządzenie oraz roboty budowlane)

Pkt 1 d) nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 7 w wysokości 0,01 % kwoty brutto wartości urządzenia dla danego elementu za każdy dzień opóźnienia.

Pkt 1 e) w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w § 7 i nie dostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego, bądź też nie dostarczenia w sytuacji określonej w § 7 nowego dysku w miejsce uszkodzonego - w wysokości 0,01 % kwoty brutto za urządzenie, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

Odp. Ze względu na specyfikę postępowania, jeżeli opóźnienia będą z winy Wykonawcy zapisy pozostają jak w projekcie Umowy.

Z poważaniem

1. CA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr Urszula Maćkowska