



AG-DŁ-2240/23/01/20

Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do siwz

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) do zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „**Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych:**” **sprawy AG-2240-23-20.**

Mieszadło magnetyczne z podgrzewaną płytą

1. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z podgrzewaną płytą o wymiarach 184x184mm?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. III siwz.

2. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z podgrzewaną płytą o mocy 1000W?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. III siwz.

3. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z podgrzewaną płytą z max temp. 550 °C?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. III siwz.

4. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z podgrzewaną płytą o zakresie prędkości 100-1500 obr / min?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. III siwz.

Mieszadło mechaniczne

5. Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne o zakresie prędkości 300-200 obr/min?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. III siwz.

6. Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne o mocy 7,2W?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. III siwz.

Wytrząsarka laboratoryjna

7. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę laboratoryjną o zakresie temperatur 5-40 °C?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. III siwz.

8. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z zakresem prędkości 40-200rpm?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. III siwz.

9. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z adapterami do butelek o pojemności 250ml oraz 500ml?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. III siwz.

Termin i wykonania zamówienia

10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni. Prośbę swoją motywujemy, tym iż producent produktu spełniającego opisane przez Zamawiającego parametry posiada magazyny poza granicami kraju, co znacznie wydłuża czas potrzebny na dostawę.

Odp. Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do maksymalnie 21.12.2020 r. Są to środki które muszą być bezwzględnie wydatkowane do końca roku kalendarzowego.

Częściowe składania ofert

11. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy jest możliwość składania ofert częściowych.

Odp. Tak, jest możliwe składanie ofert częściowych.

Ramię do iniekcji dożylnych dorosły- 3 sztuki

12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer dostępu naczyniowego posiadający możliwość iniekcji w żyłę odłokciową, odpromieniową oraz w dwie żyły grzbietowe dłoni? Dzięki osobnemu zaopatrywaniu w krew dostępow konfiguracja jest bardzo szybka a trenażer jest łatwy w utrzymaniu w czystości. Skóra przedramienia i dłoni dostępna jako dwa niezależne elementy zużywalne, co pozwala na wymianę tylko tej części trenażera, która uległa zużyciu. Według naszej wiedzy proponowany trenażer umożliwia naukę umiejętności technicznych określonych w sylabusie.

Odp. Tak.

Nakładka iniekcyjna 3 sztuki

13. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nakładkę iniekcyjną posiadającą gumowy pasek umożliwiający zapinanie modelu na udzie, brzuchu lub ramieniu zamiast regulowanego paska? Umożliwi to złożenie oferty większej ilości oferentów bez zmniejszenia funkcjonalności otrzymanej nakładki.

Odp. Tak.

Zestaw do zapobiegania hipotermii

14. Czy Zamawiający dopuści zestaw do zapobiegania hipotermii, który składa się z:

- śpiwora termicznego LESS
- dwóch folii NRC
- koca grzewczego aktywowanego tlenem

Zestaw ten umożliwia wielowarstwowe i wielofunkcyjne zabezpieczenie pacjenta przed utratą ciepła: izolacja termiczna, odbijanie promieniowania ciepłego do wewnątrz oraz aktywne grzanie. Ponad to śpiwór termiczny LESS posiada gumki i zaczepy, które pozwalają na bardzo szybkie i szczelne zawinięcie pacjenta skutkujące wysokim komfortem termicznym nawet podczas silnego wiatru.

Odp. Tak

Ogólne zapisy umowy oraz SIWZ

15. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od podpisania umowy? Aktualna sytuacja związana z COVID-19 w sposób znaczący wpłynęła na czas produkcji oraz transportu wielu towarów. Z tego względu, że wszystkie wskazane w specyfikacji Zamawiającego fantomy oraz wiele urządzeń medycznych jest produkowanych poza granicami kraju, w dużej części także poza Europą. Dlatego 8 tygodni dostawy jest czasem zwiększającym terminową możliwość wywiązania się z umowy.

Odp. Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do maksymalnie 21.12.2020 r. Są to środki które muszą być bezwzględnie wydatkowane do końca roku kalendarzowego.

Automatyczny defibrylator treningowy

16. Czy Zamawiający dopuści do oferty defibrylator treningowy znanego, amerykańskiego producenta, o poniższych parametrach?

1. Symulator posiadający wszystkie dostępne komunikaty dźwiękowe występujące w urządzeniach Defibtech Lifeline.
2. W przyciski: uruchomienia oraz wywołania impulsu defibrylacji
3. Kieszonki na elektrody.
4. Zestawy elektrod treningowych.
5. Brak impulsu defibrylacji podczas symulacji.
6. Polecenia w języku polskim.
7. Pilot do sterowania bezprzewodowego z bateriami AAA.
8. Możliwość zmiany trybu scenariusza za pomocą pilota.
9. Sześć scenariuszy i cztery klawisze funkcyjne modyfikujące scenariusz; m.in. rytm do defibrylacji, rytm nie wymagający defibrylacji, złe przyklejenie elektrod, artefakty ruchowe.
10. Możliwość aktualizacji oprogramowania w przypadku zmian wytycznych.
11. Odporność na wstrząsy i upadek z wysokości 1m
12. Waga: 1,9kg.
13. Bateria treningowa wystarczająca na 200 cykli ładowania.
14. Czas ładowania baterii do 14 godzin.
15. W zestawie ładowarka 230V 50Hz.

Odp. Nie, polecenia muszą być w języku polskim jak i angielskim, zgodnie z opisem w siwz.

Wyjaśnienia stanowią integralną część siwz. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.10.2020 r. godz. 10:00.

(-) Dorota Łuczowska
Starszy specjalista ds. administracji