

Łódź, dnia 03.10.2024 r.

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Wojewódzka Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź**

**Uczestnicy postępowania
- wszyscy -**

Dostawa produktów chemicznych: mieszanki QuEChERS, kolumnienki SPE, zestaw służący do oznaczania bakterii z grupy coli i Escherichia coli w wodzie, wzorce chromatograficzne pestycydów

Część 1: Mieszanki do SPE DISPERSIVE do ekstrakcji pestycydów metodą QuEChERS

Część 2: Kolumnienki SPE

Część 3: Zestaw służący do oznaczania bakterii z grupy coli i Escherichia coli w wodzie.

Część 4: Wzorce chromatograficzne pestycydów

Część 5: Wzorce chromatograficzne pestycydów

Część 6: Wzorce chromatograficzne pestycydów

Część 7: Wzorzec chromatograficzny diosminy

Część 8: Wzorzec chromatograficzny pestycydu E-Cyflufenamid

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

Pyt.1:

Załącznik nr 1 do SWZ dla Części 5

Poz. 2. Zamawiający wymaga stężenia produktu o CAS 69335-91-7 na poziomie 100 mg/ml. W ofercie posiadamy taki produkt o stężeniu 100 mg/l. Czy doszło tu do pomyłki i Zamawiający miał na myśli i dopuści związek o stężeniu 100 mg/l?

Odp. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany dla poz.2 w Załączniku nr 1 do SWZ dla Części 5.

Pyt.2:

Załącznik nr 1 do SWZ dla Części 6

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie roztworu wzorca o numerze CAS 6552-13-2, stężeniu 100 mg/l, rozpuszczonego w Acetonitrylu o objętości 1.1 ml lub 5 ml (w wymaganej przez Państwa ilości sztuk)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie roztworu wzorca o numerze CAS 6552-13-2, stężeniu 100 mg/l, rozpuszczonego w Acetonitrylu o objętości 5 ml i dokona stosownej zmiany dla poz.4 w Załączniku nr 1 do SWZ dla Części 6.

Pyt.3:

Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści również zaferowanie roztworu wzorca o numerze CAS 951659-40-8, stężeniu 100 mg/l, rozpuszczonego w Acetonitrylu o objętości 5 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie roztworu wzorca o numerze CAS 951659-40-8, stężeniu 100 mg/l, rozpuszczonego w Acetonitrylu o objętości 5 ml i dokona stosownej zmiany dla poz.5 w Załączniku nr 1 do SWZ dla Części 6.

Pyt.4:

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści również zaferowanie roztworu wzorca o numerze CAS 946578-00-3, stężeniu 100 mg/l, rozpuszczonego w Metanolu o objętości 1.1 ml lub 5 ml (w wymaganej przez Państwa ilości sztuk)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie roztworu wzorca o numerze CAS 946578-00-3, stężeniu 100 mg/l, rozpuszczonego w Metanolu o objętości 5 ml i dokona stosownej zmiany dla poz.8 w Załączniku nr 1 do SWZ dla Części 6.

Pyt.5:

Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści również zaferowanie roztworu wzorca o numerze CAS 3687-22-7, stężeniu 100 mg/l, rozpuszczonego w Acetonitrylu o objętości 1.1 ml lub 5 ml (w wymaganej przez Państwa ilości sztuk)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie roztworu wzorca o numerze CAS 3687-22-7, stężeniu 100 mg/l, rozpuszczonego w Acetonitrylu o objętości 5 ml i dokona stosownej zmiany dla poz.9 w Załączniku nr 1 do SWZ dla Części 6.

Pyt.6:

Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści również zaferowanie roztworu wzorca o numerze CAS 10606-46-9, stężeniu 100 mg/l, rozpuszczonego w Toluenie o objętości 1.1 ml lub 5 ml (w wymaganej przez Państwa ilości sztuk)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie roztworu wzorca o numerze CAS 10606-46-9, stężeniu 100 mg/l, rozpuszczonego w Toluenie o objętości 5 ml i dokona stosownej zmiany dla poz.10 w Załączniku nr 1 do SWZ dla Części 6.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część i z dniem 03.10.2024r stają się wiążące dla każdego Wykonawcy.

Zgodnie z treścią art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn.zm), Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SWZ, celem dostosowania załącznika nr 1 dla Części 5 i 6 do udzielonych odpowiedzi:

1. Zastępuje się Załącznik nr 1 dla Części 5 do SWZ - Załącznikiem nr 1 dla Część 5 do SWZ – zmiana
2. Zastępuje się Załącznik nr 1 dla Części 6 do SWZ - Załącznikiem nr 1 dla Część 6 do SWZ – zmiana

Zatwierdził:
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
z up. Waldemar Mańkowski
Za-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
WSSE w Łodzi