



# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9  
skrytka pocztowa 7, [www.wszcz.torun.pl](http://www.wszcz.torun.pl)

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 25-06-2024 r.

**W.Sz.Z: TZ-280-73/24**

dotyczy: postępowania na **dostawę szybkich testów do diagnostyki mikrobiologicznej i oznaczania lekowrażliwości (Zadanie Nr 1) oraz odczynników do diagnostyki serologicznej boreliozy, zakażeń Candida i Aspergillus (Zadanie Nr 2).**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie Nr 1, dotyczy Zadania Nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycje lub zgodzi się wydzielić z pakietu 1 poz. 1, 2 do osobnego pakietu? Są to testy immunochromatograficzne, które stanowią osobną grupę produktową. Asortyment z pozostałych pozycji znacząco ograniczy konkurencję. Wydzielenie pozycji zwiększy konkurencyjność pakietów, a co za tym idzie pozwoli uzyskać niższą cenę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na poszczególne pozycje oraz na wydzielenie z Zadania Nr 1 poz. 1, 2 do osobnego zadania.

**Pytanie Nr 2, dotyczy Zadania Nr 2:**

*(testy ELISA Candida antygen – zał. nr 2/2 poz. 7)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów ELISA z odczynnikami gotowymi do użycia, za wyjątkiem kontroli pozytywnej i negatywnej, które muszą być rozcieńczone buforem do próbek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 3, dotyczy Zadania Nr 2:**

*(testy ELISA Candida albicans IgA, IgG, IgM – zał. nr 2/2 poz. 8,9,10)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów ELISA z odczynnikami gotowymi do użycia, za wyjątkiem buforu do płukania (koncentrat 1:30)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 4, dotyczy Zadania Nr 2:**

*(testy ELISA Aspergillus Fumigatus IgA, IgG, IgM – zał. nr 2/2 poz. 12,13,14)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów ELISA z odczynnikami gotowymi do użycia, za wyjątkiem buforu do płukania (koncentrat 1:30)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

***Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.***

Z poważaniem  
W trybie art 52 ust. 2 ustawy  
Prawo zamówień publicznych  
z up. Dyrektora Wojewódzkiego  
Szpitala Zespołowego w Toruniu

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopiniowania  
*[Signature]*  
Anna Wutrich-Krajewska



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie