



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (041) 260 42 21 Fax. (041) 260 42 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

✉ [zoz@zozmswiakielce.pl](mailto:zoz@zozmswiakielce.pl)



[www.zozmswiakielce.pl](http://www.zozmswiakielce.pl)



Znak Sprawy: 06/PN/2020

Kielce, dn. 05.08.2020 r.

### WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

**„Dostawa i montaż kompletnego zestawu rezonansu magnetycznego oraz wykonanie dostosowania wielobranżowego projektu obszaru rezonansu do potrzeb oferowanego urządzenia dla Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach finansowana z funduszy europejskich w ramach projektu: nr POIS.09.01.00-00-0264/18 pn. „Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – I ETAP”**

Na podstawie art. 38 ust. 1a. ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), Zamawiający informuje, **że udziela odpowiedzi na poniższe pytania:**

#### Pytanie 1

#### Dotyczy wzoru umowy – § 5 GWARANCJA I SERWIS

Zamawiający w § 5 ust. 18 wymaga:

„Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat od daty dostawy potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (peryferyjny sprzęt komputerowy – min.5 lat)”

Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił dostarczenie oświadczenia Wykonawcy w zakresie poniższych produktów:

- pkt. 233. Detektor implantów metalowych (ręczny lub bramka)
- pkt. 234. Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań wraz z alarmem spadku stężenia tlenu
- pkt. 235. Niemagnetyczna gaśnica kompatybilna ze środowiskiem rezonansu magnetycznego.
- pkt. 236. Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej

Uzasadnienie: Zdobicie stosownego oświadczenia od producentów wymienionych powyżej produktów jest prawie niemożliwe do zrealizowania. Żaden z producentów wymienionych wyrobów nie chce

wystawiać oświadczeń w zakresie pojedynczych produktów w sytuacji gdy na rynku Europejskim sprzedaje ich nieraz setki tysięcy. Wymóg ma uzasadnienie w stosunku do takich wyrobów jak rezonans magnetyczny, konsole diagnostyczne czy też wstrzykiwacze kontrastu.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy dla pozycji:*

1. pkt. 234. Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań wraz z alarmem spadku stężenia tlenu
2. pkt. 235. Niemagnetyczna gaśnica kompatybilna ze środowiskiem rezonansu magnetycznego.
3. pkt. 236. Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej

*Dla pozycji pkt. 233. Detektor implantów metalowych (ręczny lub bramka) Zamawiający wymaga oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela*

**Pytanie 2**

**Dot. Zał. 4 Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 23**

23	Maksymalna liczba elementów obrazujących zaoferowanych cewek możliwa do wykorzystania jednocześnie w obrazowaniu równoległym w pojedynczym skanie i pojedynczym FOV ≥ 32 (podać)	wymagany	nie dotyczy	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--

Czy Zamawiający dopuści aparat czołowego producenta posiadający system w pełni cyfrowy z cewkami posiadającymi indywidualne przetworniki analogowo-cyfrowe i wyjście optyczne (technologia dStream)? Obecny zapis nie pozwala nam złożyć ważnej oferty.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza aparat z systemem w pełni cyfrowym z cewkami posiadającymi indywidualne przetworniki analogowo-cyfrowe i wyjście optyczne (technologia dStream lub równoważna stosownie do nomenklatury producenta)*

Opr.  
Sz. Gołuchowski  
St. Żak



Zatwierdzam

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Kielcach  
35-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51  
tel. 290391139 NIP 657-18-13-244

~~Z CA DYREKTORA~~  
~~ds. Inwestycyjno - Technicznych~~  
~~Samodzielnego Publicznego~~  
~~Zakładu Opieki Zdrowotnej~~  
~~Ministerstwa Spraw Wewnętrznych~~  
~~i Administracji w Kielcach~~

~~Polanta Cygan~~