

Gostyń, dnia 07.04.2023 r.

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.3.2023

Do wszystkich wykonawców

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SWZ Z DNIA 28 marca oraz 5 kwietnia 2023 r.

Dotyczy zadania pn.: **Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu”**, Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 28 marca 2023 r oraz 5 kwietnia do Zamawiającego od **Wykonawców**: Udziela poniżej odpowiedź na zapytanie wniesione przez Wykonawcę.

Zapytanie od Wykonawcy z 28.03.2023 r.

Pytanie 1

Pytanie dotyczy pkt 65 części „A”

Czy zamawiający wymaga podpięcia strzykawki automatycznej analogicznie jak opisano to w pkt 68 część „B” dla systemu tomografii: „Podpięcie aparatu do zdalnej diagnostyki systemu typu „sztywne łącze”.

Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapytanie od Wykonawcy z 05.04.2023 r.

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty i Opis Przedmiotu Zamówienia, Pakiet I pkt. 65 Strzykawka dwugłowicowa do kontrastu i jej sprzężenie z tomografem min. w klasie IV zgodnie z CiA 425 (Can Open 425).

Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza (niewykorzystującego technologii tłokowej) do sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl do diagnostyki TK, który jest równoważny ze

wstrzykiwaczem dwugłowicowym (posiada dwie komory do montażu środka kontrastowego oraz jedną do montażu NaCl). Oferowany wstrzykiwacz posiada sprzężenie z tomografem komputerowym w klasie min. IV wg normy CiA 425.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – **składanie ofert do dnia 27.04.2023r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu 27.04.2023 r. o godz. 9:30.**

Z up. Zarządu Powiatu
(-)Magdalena Szczepaniak
Inspektor