

Lubań, dnia 18 maja 2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 1

do zapytania ofertowego nr ZP/ZAP_OFER_02/2023 na „Zakup wraz z dostawą lampy operacyjnej z satelitą dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”

Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą lampy operacyjnej z satelitą dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Prosimy o określenie parametrów technicznych sali operacyjnej na której będzie mocowana lampa. Prosimy o podanie:

- a) Wysokości od podłogi do stropu budowlanego?
- b) Wysokości od podłogi do sufitu podwieszanego (jeśli występuje)?
- c) Rodzaju stropu?
- d) Czy jest przewidziane zasilanie awaryjne do lampy operacyjnej, a jeśli tak to jakiego typu (agregat, UPS, akumulatory)?
- e) Czy konieczny jest demontaż starej lampy?
- f) Czy instalacja elektryczna jest doprowadzona do miejsca montażu lampy?

Odpowiedź:

Ad. a) Wysokości od podłogi do stropu budowlanego wynosi 3,25 m.

Ad. b) Sufit podwieszany nie występuje.

Ad. c) Rodzaju stropu – płyty kanałowe.

Ad. d) Zasilanie awaryjne do lampy operacyjnej – centralna akumulatorownia 24 V.

Ad. e) Demontaż starej lampy jest konieczny.

Ad. f) Instalacja elektryczna jest doprowadzona do miejsca montażu lampy – 24 V.

Ponadto, Zamawiający proponuje, aby do montażu lampy wykorzystać kotwy od starej lampy, dorabiając przejściówkę w postaci flanszy.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA