



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,  
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



Dziekan

Gdańsk, dnia 15.12.2020 r.

**ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI  
w postępowaniu nr CRZP/273/009/D/20, ZP/83/WETI/20**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, (ID 397253)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej ustawą Pzp, zamawiający informuje, że w dniu 15.12.2020 r. wpłynęły do zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści SIWZ, na które zamawiający udziela wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Część 3, Poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz z wyświetlaczami LED bez funkcji redukcji przy spadku napięcia na obciążeniu poniżej 0,7V?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zasilacz bez funkcji redukcji.

**Pytanie 2:**

Część 3, Poz. 2. Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz z wyświetlaczami LED bez funkcji redukcji przy spadku napięcia na obciążeniu poniżej 0,7V?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zasilacz bez funkcji redukcji.

**Pytanie 3:**

Część 4. Czy Zamawiający wymaga opcjonalnej pamięci 16Mpkt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga tej opcji.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Dziekan  
  
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański