



ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław,  
e-mail: [wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl](mailto:wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl)

tel. centrala 71-328-30-41, Dyrektor 71-328-21-25, Fax 71-328-35-92

[www.gov.pl/web/wsse-wroclaw](http://www.gov.pl/web/wsse-wroclaw)

REGON: 000291658 NIP: 896-000-56-15

Wrocław, dnia 29 marca 2023 roku

ZNS.9022.7.31.2023. MŚ

## OPINIA

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, działając na podstawie art. 3 ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 t.j.) i § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 r. Nr 180 poz. 1325) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gaworzyce., ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce, z dnia 15 marca 2023 r., w sprawie zatwierdzenia projektu obliczeń osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym wytwarzanym przez aparat rentgenowski do zdjęć wewnątrzustnych punktowych projektowany w gabinecie stomatologicznym w obiekcie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gworzycach.

### opiniuje pozytywnie

przedstawione rozwiązania wentylacji wraz z obliczeniami osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym wytwarzanym przez aparat rentgenowski do zdjęć wewnątrzustnych punktowych projektowany w gabinecie stomatologicznym

Zezwolenie na działalność związaną z wykorzystaniem aparatury rentgenowskiej będzie wydane na podstawie protokołu kontroli sanitarnej i dozymetrycznej przeprowadzonej przez przedstawicieli Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, po złożeniu wniosku i zgłoszeniu gotowości pomieszczeń z RTG do odbioru.

Integralną częścią opinii jestteczka obliczeń osłon stałych, która zawiera między innymi obliczenia ochronności osłon, czas pracy aparatów, przyjęte współczynniki i limity użytkowe dawek promieniowania jonizującego. Za prawidłowość założeń do obliczeń odpowiedzialność ponosi: Gmina Gaworzyce., ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce.

### Otrzymują:

1. ALIA Architecture Technology Design  
Łukasz Deplewski (pełnomocnik Gminy  
Gaworzyce)  
ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo
2. HR WSSE w/m
3. ZNS a/a

Dolnośląski Państwowy  
Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
we Wrocławiu  
z up. Dawid Grzybowski  
Kierownik Działu  
Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

(pismo wydane w postaci elektronicznej,  
podpisane kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym)

Dane osoby podpisującej:

Dawid Grzybowski  
Kierownik Działu

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	162227.484245.647938
Nazwa dokumentu	ZNS.9022.7.31.2023 Gminny Ośrodek Zdrowia, gabinet stomatologiczny, Gaworzyce.pdf
Tytuł dokumentu	ZNS.9022.7.31.2023 Gminny Ośrodek Zdrowia, gabinet stomatologiczny, Gaworzyce
Sygnatura dokumentu	ZNS.9022.7.31.2023
Data dokumentu	2023-03-29
Skrót dokumentu	E8EF73A5ACD5D70A7D1D69B80E7AE5955D8A4C75
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2023-03-29 11:55:13
Podpisane przez	Dawid Grzybowski; z up. DPWIS Kierownik Działu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-03-29

Autor wydruku: Świtlińska Magdalena (Starszy Asystent)