



Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
w Legnicy



**DOLNY
ŚLĄSK**

WSzSL/DZ/072/ 226 /19

Legnica 4.04.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

NA DOSTAWY PREPARATÓW I OSPRZĘTU DO TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH

znak sprawy WSzSL/DZ-15/19

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018. 1986 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Zamawiający informuje, iż koryguje odpowiedzi na zapytania nr 1 i 3 udzielone pismem nr WSzSL/DZ/072/208/19 w dniu 1.04.2019 podając prawidłowe odpowiedzi:

Pytanie 1

Mając na względzie regulacje siwz, odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia oraz konstrukcji przedmiotowej pakietu nr 1 w celu zachowania najwyższych standardów uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne czy w celu zwiększenia konkurencyjności a tym samym możliwości uzyskania korzystniejszych cenowo ofert, Zamawiający dokona podziału przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1 na dwa osobne pakiety tj. nr 1a – Płyny do ciągłych terapii nerkozastępczych – poz. 9 i 10 oraz pakiet nr 1b – Materiały eksploatacyjne do urządzenia Multifiltrate – poz. 1 – 8 oraz 11-12, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fresenius i zaferowanie wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, używanym przez wiele stacji dializ i ośrodków klinicznych na terenie całego kraju?

Pragniemy wskazać, że Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części dla pakietu nr 1 ograniczając tym samym dostęp do zamówienia wykonawcom, którzy nie są w stanie zrealizować całego zamówienia, natomiast są w stanie złożyć oferty dla pewnej części zamówienia i zaferować Zamawiającemu korzystniejsze ceny wyrobów. Dodatkowo zasadnym jest wskazanie że wykonawcy specjalizują się w konkretnych elementach przedmiotowego zamówienia (wskazanych jako pozycje w Pakiecie nr 1a i 1b) i tym samym posiadają korzystniejsze oferty od swoich dostawców, przez co są w stanie zaferować lepsze ceny za jakościowo lepszy lub porównywalny produkt. Podkreślić należy, że obowiązek podziału zamówienia na części wynika zarówno z opinii Urzędu Zamówień

Publicznych, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej jak i zasad przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasad sporządzania opisu przedmiotu zamówienia. Zwrócić uwagę należy, że Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, iż pomimo tego, że z żadnego przepisu wprost (bezpośrednio) nie wynika obowiązek podziału zamówienia na części, to taki obowiązek wynika z interpretacji przepisów ustawy Pzp, w tym art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp, a także z przepisów dyrektywy klasycznej.

Odnosząc się do aktualnego stanu faktycznego zasadnym jest wskazanie na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 stycznia 2017 r., sygn. akt: KIO 2346/16 oraz opinię Urzędu Zamówień Publicznych, który wprost wskazuje, że „należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja (co do podziału zamówienia i na ile części) nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom”. W

przedmiotowym postępowaniu brak podziału zamówienia na części spowodował, że Zamawiający uniemożliwił dostęp do zamówienia mniejszym podmiotom, które specjalizują się w konkretnych zamówieniach (wyodrębnionych w Pakiecie nr 1a i 1b), zatem doszło do naruszenia konkurencji poprzez ograniczenie tym podmiotom możliwości ubiegania się o przedmiotowe zamówienie.

Ponad powyższe zwracamy uwagę, że postępowanie dotyczy specjalistycznej branży, posiadającej ograniczony krąg dostawców, z których każdy posiada swoją specjalizację i brak podziału zamówienia na części uniemożliwia złożenie konkurencyjnym podmiotom ofert w postępowaniu. Wskazujemy również, iż Zamawiający nie ma żadnych korzyści z tego, że otrzyma pełne zamówienie od jednego wykonawcy a ze względu na specyfikę branży - prawdopodobnie tylko jeden podmiot złoży ofertę, zatem Postępowanie będzie niekonkurencyjne i tym samym zostanie naruszona naczelna zasada zamówień publicznych obligująca Zamawiającego do przygotowania i prowadzenia postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Takie działanie będzie skutkowało niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych poprzez otrzymanie jednej, droższej oferty, zamiast kilku o konkurencyjnych cenach. Zamawiający nie posiada żadnego interesu w zawarciu umowy z jednym wykonawcą i zapłaceniu wyższej ceny.

Stwierdzić również należy, że dokonywany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym również na ilość złożonych ofert i zasadnym byłoby, aby Zamawiający otrzymał jak największą ilość ważnych ofert w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania. Stąd też, pomimo tego, że na Zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, wykorzystania do jego opisanie standardowych określeń, które są zwykle używane w danej dziedzinie, zrozumiałych dla wszystkich osób trudniących się działalnością w danej branży to opis lub konstrukcja opisu przedmiotu zamówienia (konstrukcja pakietu) wyraźnie wskazujący na potencjalnego wykonawcę umowy pozostaje w kolizji z zasadą uczciwej konkurencji.

W odpowiedzi na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wydziela z Pakietu nr 1 poz. 9 i 10 tworząc Pakiet 3A z zachowaniem wymogów zawartych w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawców płyny były ujęte w instrukcji obsługi aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej Multifiltrate Ci-Ca 9M201271) OMUG5021 firmy Fresenius Medical Care.

Pytanie 3

Pakiet 2 tabela B- „Najem aparatów do ciągłych technik nerkozastępczych z użyciem regionalnej antykoagulacji cytrynianowe, kompatybilnych z preparatami i osprzętem z ofertowanym w Pakiecie 2 w tabeli powyżej”: **Czy Zamawiający dopuści system do Ciągłej Terapii nerkozastępczej o następujących parametrach wraz z płynami, zestawami i akcesoriami niezbędnymi do terapii:**

Urządzenie fabrycznie nowe
Wykonywane zabiegi: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE, HP
Funkcja wykonania zabiegu hemofiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej
Funkcja wykonania zabiegu hemodiafiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej
Funkcja wyboru dylucji: przed filtrem lub za filtrem
Pompa krwi
Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego
Pompa i waga dializatu
Pompa i waga substytucji
Pompa i waga ściekowa
Pamięć zdarzeń co najmniej 90 godzin
Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta, zakres temp. 33-43 st. C
Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu.
Funkcja wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt)
Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu, z filtra, spadku ciśnienia na filtry oraz TMP
Automatyczna identyfikacja założonego filtra.

Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym
Czujnik przecieku krwi
Czujnik obecności powietrza we krwi
Kolorowy ekran dotykowy min. 12"
Zintegrowana pompa strzykawkowa do podaży heparyny bądź wapnia wbudowana w aparat
Uniwersalny zestaw dla dorosłych umożliwiający wykonanie wszystkich rodzajów terapii CRRT przy antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej, objętość krwi w drenach i filtrze max 200ml
Dostępność pediatrycznych zestawów do zabiegów nerkozastępczych o wypełnieniu max 60 ml
Zabezpieczenie przed zakłócaniem przez aparat sygnału EKG.
Współpraca urządzenia z aparatem do sztucznego wspomagania wątroby metodą albuminową MARS.
Możliwość zastosowania zestawu z filtrem powleczonym heparyną, umożliwiającym eliminację endotoksyn i cytokin równocześnie.
Regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej.
Blokowane koła aparatu.
Możliwość rozbudowy aparatu o wymiennik krew-gaz do eliminacji dwutlenku węgla podczas ciągłych terapii nerkozastępczych.
Możliwość rozbudowy aparatu do jednoczesnego poboru 30 litrów płynów z 3 wag
Zestawy do terapii CRRT oraz do TPE połączone fabrycznie z filtrem i drenami, bez konieczności montażu poszczególnych elementów.
Tacka ociekowa z detektorem przecieku płynu.

lub

Urządzenie fabrycznie nowe
Wykonywane zabiegi: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE, HP
Funkcja wykonania zabiegu hemofiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej
Funkcja wykonania zabiegu hemodiafiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej
Funkcja wyboru dylucji: przed filtrem lub za filtrem
Pompa krwi
Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego
Pompa i waga dializatu
Pompa i waga substytucji
Pompa i waga ściekowa
Funkcja auto effluent – automatyczne odprowadzanie ultrafiltratu bez konieczności zmiany worka ściekowego.
Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta, zakres temp. 35-38 st. C
Zakończone czynności konfiguracyjnych automatycznie potwierdzane znacznikami wyboru.
Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu
Funkcja wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) – Imię i nazwisko nie widoczne na ekranie w trakcie prowadzenia zabiegu.
Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu, z filtra, spadku ciśnienia na filtry oraz TMP
Ręczny czytnik kodów kreskowych do identyfikacji pacjenta, zestawu automatycznego odprowadzania ultrafiltratu i zestawów do terapii.
Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym
Czujnik przecieku krwi

2

Czujnik obecności powietrza we krwi
Kolorowy ekran obrotowy 15"
Zintegrowana pompa strzykawkowa do podaży heparyny bądź wapnia wbudowana w aparat
Uniwersalny zestaw dla dorosłych umożliwiający wykonanie wszystkich rodzajów terapii CRRT przy antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej, objętość krwi w drenach i filtrze max 200ml
Dostępność pediatrycznych zestawów do zabiegów nerkozastępczych o wypełnieniu max 70 ml
Możliwość zastosowania zestawu z filtrem powleczonym heparyną, umożliwiającym eliminację endotoksyn i cytokin równocześnie.
Komora odpowietrzania z czujnikiem poziomu płynu, który automatycznie utrzymuje wysokość płynu w komorze.
Blokiowane koła aparatu
Tacka ociekowa z czujnikiem przecieku płynu.
Zestawy do terapii CRRT oraz do TPE połączone fabrycznie z filtrem i drenami, bez konieczności montażu poszczególnych elementów z workiem ściekowym w zestawie.

Dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania w/w aparatów podniesie konkurencyjność składanych ofert, co pozwoli na możliwość wyboru przedmiotu zamówienia


W odpowiedzi na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej o parametrach wskazanych w SIWZ Pakiet 2 Tabela B.

UWAGA!

- 1. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**
- 2. Zmiany SIWZ dokonane w wyniku korekty odpowiedzi na zapytania zaznaczono kolorem niebieskim.**
- 3. Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 29-04-2019 r.**

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik



01