

**Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

---

**Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi  
ul. Wodna 40  
90-046 Łódź**

**Uczestnicy postępowania  
- wszyscy -**

**Dotyczy postępowania: DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH I KONTROLNYCH DO ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH:**

Część I – WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESU STERYLIZACJI - PAKIET 1  
Część II – ZESTAWY DO KONTROLI W WARUNKACH BEZTLENOWYCH - PAKIET 2  
Część III – TESTY DIAGNOSTYCZNE - PAKIET 3

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1720), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

**Pytania do Części 1:**

- 1. Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 2: Prosimy o dopuszczenie testów w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza testów w opakowaniu 250 sztuk z powodu zapotrzebowania określonych we wniosku ilości dla poszczególnych oddziałów w laboratorium.

- 2. Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 1-2, 4, 6: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia certyfikatu jakości dla poszczególnych serii produktu i dopuszczenie deklaracji zgodności dla wyrobu chemicznego.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza dołączenia deklaracji zgodności dla wyrobu chemicznego, istnieje konieczność dołączenia certyfikatu jakości do poszczególnych serii produktu.

- 3. Dotyczy Części nr 1, pozycja nr 5 i 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?**

DEA OZPA 272.08.2024

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza produkt równoważny z zastrzeżeniem, że wskaźnik do sterylizacji suchym gorącym powietrzem będzie zawierał bakterię *Bacillus subtilis*, a wskaźnik do sterylizacji gorącą parą wodną bakterię *Geobacillus stearothermophilus*.

Zatwierdził:  
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
z up. Waldemar Mańkowski  
Za-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych  
WSSE w Łodzi