

## Pytania i odpowiedzi cz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym blokada kół odbywa się tylko za pomocą dźwigni umieszczonych od strony nóg pacjenta?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko które posiada tworzywowe barierki boczne dzielone w proporcji 3/4 spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 które również zabezpieczają pacjenta na całej długości leża

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko które nie posiada blokad szczytów zabezpieczających przed przypadkowym wypadnięciem?

Odp. Nie