



WSzSL/FZ.381.24/24..183.2024

Legnica 12-04-2024 r.

Zainteresowani

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY
STYMULATORÓW SERCA I IMPALNOTOWANYCH REJESTRATORÓW EKG
znak sprawy WSzSL/FZ-24/24**

Pytanie 1 do Pakietu nr 7 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia o masie 4g? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2 do Pakietu nr 7 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z zakresem wykrywania arytmii 100-200 bpm? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

3) Pytanie do Pakietu nr 7 poz.1 - Czy Zamawiający w punkcie 9 zaakceptuje i oceni pozytywnie zaoferowanie rejestratora arytmii z możliwością zapisu 4 epizodów co najmniej 7,5 min każdy, pozwalając na zapis pacjenta wynoszący łącznie co najmniej 30 minut? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik 2A) w przedmiotowym zakresie został zmodyfikowany. Zmiana wprowadzona kolorem zielonym.

Z poważaniem


DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Anna Plotnicka-Mieloch