

Znak: ZOZ.V.010/DZP/02/20

Sucha Beskidzka dnia 20.03.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu”.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dotyczy pakietu nr 1:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na **jednorazowe**, wraz z przedmiotem zamówienia, dostarczenie ulotek, instrukcji obsługi oferowanych aparatów i karty charakterystyk oferowanych odczynników (w wersji elektronicznej)?

Odp. TAK.

2. Dotyczy pkt. 8 par. 4 projektu umowy
Prosimy o zmianę zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do ubezpieczenia dzierżawionego sprzętu w okresie trwania umowy”.

Uzasadnienie: aparaty, będące własnością oferenta są ubezpieczone w ramach polisy OC i przy zdarzeniu szkodowym oferent może skorzystać ze swojego ubezpieczenia. Pragniemy jednak zauważyć, że naszemu Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody. Dlatego sugerujemy, aby Zamawiający posiadał również ubezpieczenie OC.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Dotyczy pkt. 3 par. 6 projektu umowy
Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: „Strony ustalają, że ceny jednostkowe **netto** w załączniku 1 do umowy, obowiązują przez okres trwania umowy”.

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

4. Dotyczy pkt. 2.4 Rozdział II SIWZ
Dotyczy wyroby immunochemiczne: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników/wyrobów, dla których oferent jest wytwórcą, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja

2010 r, a czynności związane z projektowaniem lub wytwarzaniem nie wykonuje samodzielnie lecz zleca je innym podmiotom?

Dotyczy wyroby biochemiczne: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników/wyrobów producentów innych niż Oferent, dla których to producent wykonał ocenę zgodności na oferowane analizatory, i które zgodnie z instrukcją użytkowania są przeznaczone do stosowania na oferowanych analizatorach?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5. Dotyczy pkt. 2.4 Rozdział II SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli wieloparametrowej, niezależnego producenta z podanymi wartościami odczynników. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Dotyczy pkt. 2.5 Rozdział II SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie specyfikacji protokołu transmisji danych do systemu laboratoryjnego wyłącznie w jęz. angielskim?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

7. Dotyczy pkt. 2.5 Rozdział II SIWZ

W celu prawidłowego oszacowania oferty prosimy Zamawiającego o podanie nazwy firmy, na którą Zamawiający ewentualnie dokona w przyszłości zmiany, przy wykorzystywaniu Systemu Laboratoryjnego.

Odp. Zamawiający na obecną chwilę nie posiada wiedzy w tym zakresie.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Puczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek