

Numer sprawy: ZO 07/21

Grajewo, dnia 21.06.2021 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - **SPROSTOWANIE**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego i niemedyceznego do Centralnej Sterylizatorni wraz z dostosowaniem pomieszczeń”.

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaproszenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

Pytania dot. myjni ultradźwiękowej:

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające sterownik wyposażony w sygnalizator LED z oznaczeniami czasu i temperatury?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w układ nastawiania parametrów przy pomocy potencjometrów obrotowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości skonfigurowania i zapisania min. 4 własnych programów?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające oznakowanie CE i nie będące wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy opartej o zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, podobnie jak u większości wiodących producentów tego typu urządzeń?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytania dot. myjnia dezynfektor 15-tacowa

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o wymiarach zewnętrznych: 1000x900x1942 mm (szer. x głęb. x wys.)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o wymiarach komory: 626x812x685 mm (szer. x głęb. x wys.)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor wyposażoną w system wysokiej dynamiki procesu przy niskiej ilości wody realizowany inaczej, niż kilkupunktowe zasilanie wózków wsadowych po dwóch stronach wózka?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor wyposażoną w system szybkich, oszczędnych programów, realizowany inaczej, niż poprzez wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej i wbudowany zbiornik do odzysku wody?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytania dot. zgrzewarki rotacyjnej ze stolikiem rolkowym

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę wyposażoną w możliwość ustawienia temperatury zgrzewania do 200 °C z +/-1 ° C z zabezpieczeniem przed przegrzaniem?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę zasilaną elektrycznie 230 V, 50Hz , moc max. 600 W?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania dot. sterylizatora parowego – 2 STE

Pytanie 32

Prosimy o informację, czy zamawiający wymaga spięcia wszystkich urządzeń przewidzianych do wyposażenia centralnej sterylizatorni programem kontroli obiegu narzędzi? Jeżeli nie, wymóg:” Sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu” nie ma uzasadnienia.

Odpowiedź:

Tak, sterylizator ma mieć możliwość podpięcia do programu komputerowego. Nie jest wymagane dostarczenie ze skanerem podpiętym do sterownika.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w automatyczną archiwizację parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami), z zapewnioną archiwizacją wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa na dysku zewnętrznym?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytania dot. sterylizatora parowego – 8 STE

Pytanie 34

Prosimy o informację, czy zamawiający wymaga spięcia wszystkich urządzeń przewidzianych do wyposażenia centralnej sterylizatorni programem kontroli obiegu narzędzi? Jeżeli nie, wymóg:” Sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu” nie ma uzasadnienia.

Odpowiedź:

Tak, sterylizator ma mieć możliwość podpięcia do programu komputerowego. Nie jest wymagane dostarczenie ze skanerem podpiętym do sterownika.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w automatyczną archiwizację parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami), z zapewnioną archiwizacją wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa na dysku zewnętrznym?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Pozostałe warunki Zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

Dyrektor

**Szpitala Ogólnego im. dr W. Gineła
w Grajewie**

lek. med. Sebastian Wysocki

Kierownik Zamawiającego