

Warszawa, dnia 13 października 2023 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:
„Dostawa urządzeń laboratoryjnych”**

Nr postępowania: O.OZP.260.30.9.2023

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający **Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy** zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia następującej treści na które Zamawiający odpowiada w następujący sposób:

Wniosek nr 1

część 5 1.

Czy Zamawiający dopuści wysokość z otwartą pokrywą [mm] : 768 ?

2. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne urządzenia: H x W x D [mm] : 380 x 443 x 695 ? 3.

Czy Zamawiający dopuści max. poziom hałasu wynoszący 65 dB ?

Wniosek nr 2

część 20

1. Czy Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną 1110 mm, oraz głębokość zewnętrzną 938mm ?

Zamawiający dopuści zamrażarkę o maksymalnej szerokości zewnętrznej nie przekraczającej 108 cm oraz głębokości zewnętrznej nie większej niż 98 cm.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokość wewnętrzną 1300 mm ?

Zamawiający dopuści wysokość wewnętrzną 1300 mm, o ile zamrażarka jest wyposażona w co najmniej 3 półki i istnieje możliwość przechowywania próbek w stelażach.

3. Czy Zamawiający dopuści izolację bez rdzenia z włókna szklanego ?

Zamawiający dopuści izolację bez rdzenia z włókna szklanego.

4. Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz dotykowy ?

Zamawiający dopuści wyświetlacz dotykowy, o ile jego obsługa jest możliwa w rękawiczkach laboratoryjnych. Zamawiający dopuszcza jedynie taki rodzaj wyświetlacza, który pokazuje temperaturę/alarmy w sposób ciągły (bez wygaszania ekranu) oraz nie wymaga dotknięcia ekranu w celu odczytu temperatury.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Polska

Tel: +48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200, fax: +48 22 849 74 84

www.pzh.gov.pl, e-mail: pzh@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001 (SWIFT: GOSKPLPW)

Wniosek nr 3

Pytanie (do części 5)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki sklasyfikowanej przez producenta jako wyrób medyczny i w związku z tym posiadającej stawkę VAT 8%?

Wniosek nr 4

Dotyczy: Część 20 - zamrażarka - Opis przedmiotu zamówienia

1) Zgodnie z OPZ przedmiotem zamówienia są dwie pionowe (szafowe) zamrażarki niskotemperaturowe (zakres kontroli temperatury -40° do -86°), nadające się do przechowywania próbek biologicznych, wyposażone w systemy zabezpieczające przed rozmrażaniem. Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez systemy zabezpieczające przed rozmrażaniem?

Zamawiający przez 'systemy zabezpieczające przed rozmrażaniem' rozumie wyposażanie zamrażarki w system, który zapobiega gwałtownemu wzrostowi temperatury np. w przypadku krótkotrwałej awarii prądu oraz możliwość podłączenia systemu typu back-up CO2/NO2.

2) Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę o głębokości zewnętrznej 98 cm przy zachowaniu pozostałych wymiarów zewnętrznych?

Zamawiający dopuści zamrażarki o głębokości zewnętrznej nie większej niż 98 cm.

3) Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę mieszczącą ilość wymaganych pudełek o szerokości wewnętrznej 76,6 cm, głębokości 71,6 cm, wysokości 131 cm? Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza takich wymiarów, prosimy o uzasadnienie.

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o wskazanych wymiarach wewnętrznych.

4) Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z wnętrzem wykonanym ze stali galwanizowanej?

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarek z wnętrzem wykonanym ze stali galwanizowanej.

5) Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z wyświetlaczami i wskaźnikami informacyjnymi typu LED zamiast LCD?

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z wyświetlaczem i wskaźnikami typu LED zamiast LCD.

Wniosek nr 5

Dotyczy części nr 20

*Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Polska*

Tel: +48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200, fax: +48 22 849 74 84

www.pzh.gov.pl, e-mail: pzh@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001 (SWIFT: GOSKPLPW)

- 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki oferującej zakres pracy w temperaturach od -50 do -86 st.C. Próbki biologiczne przechowuje się w temperaturze ok. – 80 st. C, a oferowane urządzenie to umożliwia.**
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zamrażarki oferującej zakres pracy w temperaturach -50 do – 80 stopni C.
- 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki o wymiarach 111 cm x 98 cm x 197,3 cm (SxGxW). Szerokość przekracza wymagane parametry o zaledwie 3 cm, jednakże konstrukcja pozwala na transport zamrażarki przez wszystkie standardowe otwory drzwiowe.**
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zamrażarki o szerokości nie większej niż 98 cm.
- 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki o wymiarach wewnętrznych 86,5 cm x 62,1 cm x 139 cm (SxGxW), czyli przekraczające wymagane parametry zaledwie o 0,5cm (szerokość) i 1 cm (wysokość).**
Zamawiający wyraża zgodę.
- 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki z trzema przestrzeniami do przechowywania próbek, które wyposażone są w troje drzwi wewnętrznych, przy czym regulowane są dwie półki wykonane ze stali nierdzewnej, a trzecią stanowi dno komory zamrażarki? Wszystkie 3 przestrzenie umożliwiają w pełni zamontowanie stelaży na pudełka.**
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zamrażarki z trzema przestrzeniami do przechowywania próbek, w przypadku jeśli są to dwie półki wykonane ze stali nierdzewnej a trzecią stanowi dno komory zamrażarki.
- 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki z drzwiami wewnętrznymi wyposażonymi w silne magnesy zapewniające przyleganie uszczelek i jednocześnie ułatwiające otwieranie drzwiczek i dostęp do próbek, np. podczas pracy w rękawicach ochronnych? Wymagany zatrask obniża komfort i dostęp do próbek podczas bezpiecznej pracy w rękawicach ochronnych.**
Zamawiający nie wyraża zgody.

Wniosek nr 6

Pytania do części 10 – zamrażarka laboratoryjna

Pytanie nr 1 do pkt. 2.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności użytkowej 435 litrów ?

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 2 do pkt. 3.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości zewnętrznej 850 mm ?

*Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Polska*

Tel: +48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200, fax: +48 22 849 74 84

www.pzh.gov.pl, e-mail: pzh@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001 (SWIFT: GOSKPLPW)

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 do pkt. 4.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o głębokości wewnętrznej komory 547 mm ?

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4 do pkt. 9.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej ?

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z wnętrzem ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 5 do pkt. 10.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w stałe półki ażurowe, które są jednocześnie wymiennikiem ciepła systemu chłodzenia co zapewnia bardzo dobrą jednorodność temperatury wewnątrz komory ?

Zamawiający nie dopuszcza. Stałe półki nie mają możliwości regulacji wysokości, dodatkowo w takim urządzeniu istnieje możliwość łatwego uszkodzenia układu chłodzenia przy czynnościach konserwacyjnych po rozmrożeniu zamrażarki.

Pytanie nr 6 do pkt. 12.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z zakresem ustawiania temperatury od -20°C do -40°C ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 do pkt. 16.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę, w której rozmrażanie dla bezpieczeństwa użytkownika odbywa się po odłączeniu wtyczki zasilającej ?

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8 do pkt. 17.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę bez możliwości umieszczenia zintegrowanych w obudowie graficznych rejestratorów temperatury ?

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający uznaje tego typu rozwiązania za wygodny, a zarazem trwały i niezawodny sposób rejestracji oraz przechowywania danych dotyczących toku pracy i preferuje zachowanie możliwości doposażenia zamrażarki w graficzny rejestrator jeśli pojawi się stosowna potrzeba.

Pytanie nr 9 do pkt. 18.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o poziomie hałasu 44 dB?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 do pkt. 19.

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę gdzie zużycie prądu wynosi 4,68 kWh / dobę ?

Zamawiający nie dopuszcza, zużycie energii elektrycznej jest ponad dwa razy wyższe od wymaganego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytania do części 18 – chłodziarka laboratoryjna

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści do oceny chłodziarkę typu Effimed LR-550 o pojemności komory 700 litrów z komorą ze stali nierdzewnej, przeszklonymi drzwiami oraz pięcioma półkami wewnętrznymi ?

Nie, maksymalna pojemność komory to 625 litrów.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę, dla której proces wzorcowania rozkładu temperatur na każdej z półek zostanie wykonany w fabrycznym laboratorium producenta nie posiadającym akredytacji PCA ?

Nie, ze względu na wymagania normy 17025 – świadectwo musi posiadać znak akredytacji PCA.

Pytania do części 20 – zamrażarka

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych: szerokość 120,5 cm, głębokość 102,5 cm?

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o wskazanych wymiarach. Maksymalna dopuszczalna szerokość zewnętrzna może wynosić 108 cm, głębokość zewnętrzna 98 cm.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych: szerokość 86,5 cm, wysokość 128,6 cm?

Zamawiający dopuści zamrażarkę o wskazanych wymiarach wewnętrznych.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę masie netto 365 kg?

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o masie netto przekraczającej 350 kg.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z dwoma niezależnymi układami chłodzenia ? W przypadku awarii jednej sprężarki, druga podtrzymuje temperaturę w komorze na poziomie -70oC.

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z dwoma niezależnymi układami chłodzenia.

Wniosek nr 7

Część nr 10

1. Prosimy o doprecyzowanie treści punktu 21. Czy mają to być pojemniki fabryczne, pochodzące od producenta zamrażarki i wypełniające całkowicie dostępną przestrzeń użytkową urządzenia?

Zamawiający potwierdza, że mają to być pojemniki fabryczne, pochodzące od producenta zamrażarki i wypełniające całkowicie dostępną przestrzeń użytkową urządzenia.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę cechującą się zużyciem energii przy podanych warunkach i parametrach nastawy wynoszącym 2,25 kWh na dobę?

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o zużyciu energii 2,25 kWh na dobę przy podanych warunkach i parametrach nastawy.

Część nr 13

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, w którym kompresor inwerterowy zastosowano dla sekcji chłodniczej, natomiast sekcja mrożąca wykorzystuje kompresor tradycyjny?

Zamawiający akceptuje urządzenie, w którym kompresor inwerterowy zastosowano dla sekcji chłodniczej, natomiast kompresor tradycyjny dla sekcji mrożącej.

Część nr 14

1. Przy opisywaniu wymiarów (punkty 4 i 5) Zamawiający użył sformułowań „chłodziarka” i „zamrażalnik”. Rozumiemy, że podane wartości dotyczą odpowiednio wymiarów zewnętrznych oraz wewnętrznych inkubatora. Prosimy o potwierdzenie i/lub zmianę treści opisu.

Zamawiający poprawi opis urządzenia, nastąpiła pomyłka chodzi o inkubator. Zamawiający udostępni treść OPZ.

2. Czy w punkcie 6 Zamawiający ma na myśli zakres „+5°C od temperatury otoczenia do +50°C”?

Tak, Zamawiający ma na myśli zakres „+5°C od temperatury otoczenia do +50°C”

3. Czy Zamawiający oczekuje, aby inkubator wyposażony był dodatkowo w lampę UV, która zapewni stałą sterylizację wody w zbiorniku nawilżającym oraz powietrza cyrkulującego w komorze?

Tak, Zamawiający oczekuje, aby inkubator wyposażony był dodatkowo w lampę UV, która zapewni stałą sterylizację wody w zbiorniku nawilżającym oraz powietrza cyrkulującego w komorze.

Część nr 20

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o głębokości zewnętrznej 882 mm?

Tak, zamawiający dopuszcza zamrażarkę o podanej głębokości zewnętrznej.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem ze stali powlekanej gładką, utwardzoną powłoką w kolorze białym, która wyraźnie ułatwia konserwację oraz ocenę stanu wnętrza i przechowywanego w nim materiału?

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający oczekuje, aby zamrażarka wyposażona była w układ chłodzenia kaskadowy, wykorzystujący kompresory inwerterowe? Jest to najbardziej energooszczędny rodzaj konstrukcji, który gwarantuje wymierne korzyści wynikające z niższych kosztów eksploatacji, lepszej stabilności parametrów oraz lepszej kultury pracy urządzenia.

Zamawiający oczekuje, żeby zamrażarka utrzymywała żadaną temperaturę ok. -80 stopni, rozwiązania techniczne gwarantujące ten cel mają charakter wtórny.

4. Czy Zamawiający oczekuje, aby urządzenie wyposażone było w porty wyrównywania ciśnienia, które ułatwiają częste otwieranie drzwi zewnętrznych? Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie jaka minimalna liczba portów jest wymagana

Zamawiający oczekuje aby zamrażarka mogła być bezproblemowo otwierana co najmniej dwukrotnie w ciągu jednej minuty. Rozwiązania techniczne gwarantujące ten cel są drugorzędne.

Wniosek nr 8

dot. części 14

1. Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności 160 L?

Zamawiający nie dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności 170 L ?

Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 714 x 812 x 887 mm ?

Zamawiający nie dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość) 648 x 699 x 894 mm ?

Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość) 490 x 560 x 650 mm ?

Zamawiający nie dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość) 514 x 525 x 610 mm ?

Zamawiający dopuszcza

7. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wnętrzem i półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej bez pokrycia miedzią, ale posiadającego duży filtr HEPA gwarantujący ciągłą filtrację powietrza w systemie i utrzymanie czystości powietrza w klasie 100 (ISO 5) ?

Zamawiający nie dopuszcza. Stal nierdzewna nie posiada właściwości antyseptycznych, natomiast obecność filtra HEPA wiąże się z wieloma niedogodnościami jak zwiększona komplikacja konstrukcji inkubatora, brak możliwości stwierdzenia stanu nasycenia filtra (przez co może się on stać źródłem zakażenia) czy konieczność częstej i regularnej wymiany filtra (co podnosi koszty eksploatacyjne).

8. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wnętrzem i półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej bez pokrycia miedzią, ale posiadającego filtr HEPA do filtracji powietrza w komorze ?

Zamawiający nie dopuszcza. Stal nierdzewna nie posiada właściwości antyseptycznych, natomiast obecność filtra HEPA wiąże się z wieloma niedogodnościami jak zwiększona komplikacja konstrukcji inkubatora, brak możliwości stwierdzenia stanu nasycenia filtra (przez co może się on stać źródłem zakażenia) czy konieczność częstej i regularnej wymiany filtra (co podnosi koszty eksploatacyjne).

9. Prosimy o sprostowanie punktu 4 i 5 specyfikacji – w opisach pojawiają się "Minimalne wymiary wewnętrzne chłodziarki" i "Minimalne wymiary wewnętrzne zamrażarki"

Zamawiający poprawi opis urządzenia.

10. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu elektrycznego zamka drzwi z blokadą dostępu za pomocą hasła ?

Zamawiający podtrzymuje wymóg. Tego typu rozwiązanie znacznie poszerza funkcjonalność urządzenia i gwarantuje nie tylko pełne bezpieczeństwo w trakcie wykonywania procedury sterylizacji termicznej, lecz również możliwość ograniczenia dostępu do urządzenia do wybranych członków personelu (np. w przypadku badań o wyjątkowo wysokim znaczeniu).

11. Czy Zamawiający dopuści inkubator ze sterylizacją gorącym powietrzem w dwóch trybach: suchym w temp. 145°C i mokrym w temp. +95°C ?

Zamawiający nie dopuszcza i oczekuje dostarczenia urządzenia z funkcją sterylizacji suchej w temperaturze co najmniej +180°C, tj. powszechnie spotykanym i sprawdzonym rozwiązaniem o ugruntowanej skuteczności.

dot. części 20

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarki o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 104,9 x 98 x 198 cm ?

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o wskazanych wymiarach zewnętrznych.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarki o wymiarach wewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 76,6 x 71,6 x 131 cm ?

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o wskazanych wymiarach wewnętrznych.

3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem wykonanym ze stali z pokryciem z trwałego tworzywa zapobiegającego przymarzaniu przechowywanego materiału ?

Zamawiający dopuszcza.

Wniosek nr 9

Dotyczy części 5

Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę o nieznacznie wyższej wysokości urządzenia z otwartą pokrywą większą o 1,5cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania ogólne i techniczne? W przypadku odpowiedzi negatywnej będę zobowiązany za jej krótkie uzasadnienie.

Zamawiający dopuszcza wirówkę z pokrywą wyższą po otwarciu o 1,5 cm od wyspecyfikowanej w opz.

Zamawiający udostępnia również zaktualizowany Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie części 14 i 18.

Ww. odpowiedzi i zmiany są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 135 ust 3 ustawy Pzp jest zobowiązany do przesunięcia terminu składania ofert. Stosowna informacja o konkretnej dacie zostanie przekazana zgodnie z dyspozycją art. 88 ust. 3 ustawy Pzp, przed upływem aktualnego terminu wyznaczonego na składanie ofert. W tym terminie Zamawiający udostępni również zaktualizowane Projektowane Postanowienia Umowy.

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor

***Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH –
Państwowego Instytutu Badawczego
dr n. med. Bernard Waśko***

*Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Polska*

Tel: +48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200, fax: +48 22 849 74 84

www.pzh.gov.pl, e-mail: pzh@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001 (SWIFT: GOSKPLPW)