

Wołów, 02.05.2023 r.

9/PCM/2023/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania nr 10/PCM/2023/ZP/A **Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla przez okres 12 miesięcy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na zapytania z dnia 28.04.2023r część 1 i 2 niniejszym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie i jednoznaczną informację, czy butle o pojemności wodnej 2l z tlenem medycznym mają zawierać zgodnie z odpowiedziami nr 1 „minimum 0,4m³” czy zgodnie z odpowiedziami nr 2 „150 bar”? Spełnienie obu warunków nie jest możliwe. Albo butle będą spełniały wytyczne normy mówiącej o obowiązkowym wyposażeniu karetek i będą to butle 2l/200bar/0,43m³ albo będą to butle które nie spełniają tej normy i mają to być butle 2l/150bar/0,32m³.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga butli 2l/200bar/0,43m³.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Agnieszka Poprawska-Cierpiat
Pełnomocnik Zarządu



Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wolow.pl

