

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**  
**Pakiet 1- Stół rehabilitacyjny – 6 sztuk**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji – 2021.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Typ/model.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	Podać – jeśli doty- czy	
II.	PARAMETRY:		
1.	Wymiary +/- 5 cm: dł. min. 190 cm, szer. min. 60 cm	Podać	
2.	wysokość regulowana w zakresie 50-90 cm lub szerszym	Podać	
3.	regulacja elektryczna, sterowana ramą	TAK	
4.	podział na co najmniej 3 sekcje, w tym unoszona sprężyną gazową sekcja nożna		
5.	relingi do zamocowania pasów	TAK	
6.	sekcja nożna o długości min. 100 cm.	Podać	
7.	otwory na „banany” do stabilizacji	TAK	
8.	min. 1 banan do stabilizacji w zestawie	TAK	
9.	otwór w zagłówku ułatwiający pacjentowi oddychanie w pozycji leżenia przodem.	TAK	
10.	zaślepka do otworu w zagłówku	TAK	
11.	zagłówek regulowany sprężyną gazową	TAK	
12.	regulacja zagłówka w zakresie -70/+40 stopni lub szerszym	TAK, podać	
13.	regulacja nożnej sekcji w zakresie 0/85 stopni lub szerszym	TAK, podać	
14.	maksymalne obciążenie min. 150 kg	TAK, podać	
15.	środkowa sekcja leżyska wyposażona w składane podłokietniki	TAK	
16.	kolorystyka poszycia do wyboru, z uwzględnieniem dostępności odcieni szarości/grafitu i czerwieni/burgundu	TAK	
17.	wykonanie z materiałów odpornych na środki do dezynfekcji	TAK	
18.	dopuszczony do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia	TAK	
19.	Gwarancja min. 2 lata	TAK	
III.	Dokumentacja:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)