

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pakiet 3- Mata do sterowników Viofor (będących w posiadaniu przez Zamawiającego) – 2 sztuki

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Fabrycznie nowa, rok produkcji – 2021.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Typ/model.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	Podać – jeśli dotyczy	
II.	PARAMETRY Aplikator do sterowników Viofor:		
1.	Wymiary ok. 180 cm x 65 cm x 3 cm (+/- 2cm x 2cm x 0,5 cm)	TAK, podać	
2.	Indukcja pola magnetycznego (szczytowa) 11,5 μ T – 276 μ T	TAK, podać	
3.	Częstotliwość pola magnetycznego 0,08 – 195 Hz, z podziałem na: częstotliwości podstawowe impulsów: od 180 Hz do 195 Hz częstotliwości paczek impulsów: od 12,5 Hz do 29 Hz częstotliwości grup paczek: od 2,8 Hz do 7,6 Hz częstotliwości serii: od 0,08 Hz do 0,3 Hz	TAK, podać	
4.	Gwarancja min. 2 lata	TAK	
III	Dokumentacja:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)