



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Oznaczenie sprawy: 4/PZP/2021/PN

Trzebnica, dnia 03.08.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (5)

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, testów oraz dzierżawa aparatów medycznych do laboratorium**”

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt a) i b) Wzoru Umowy Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych procentowo w wysokości 2% wartości towaru, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki. 5. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt c) i d) Wzoru Umowy Prosimy o odstąpienie od naliczania kar w wysokości 500 zł za każdy przypadek, mając na uwadze stosunek pomiędzy wysokością proponowanej kary umownej, a wartością całego zobowiązania głównego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy § 10 ust. 1 Wzoru Umowy Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez dodanie informacji: „po uprzednim bezkutecznym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia wykonania obowiązków umownych”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy: Pakiet 23. BAKTERIOLOGIA. Dzierżawa i instalacja analizatora bakteriologicznego do posiewu krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych z dostawą odczynników oraz zewnętrznego UPS. WYMAGANE PARAMETRY APARATU I PODŁÓŻ, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści analizator w którym metoda wykrywania drobnoustrojów opiera się na detekcji produkcji/zużycia CO2 i fluorescencji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

*Z poważaniem,
Alicja Biernat*