



Łódź, dnia 19 marca 2024 r.

Wykonawcy, którzy pobrali SWZ

dotyczy: Dostawa lampy RTG do angiografu Artis Zee Floor, znak sprawy 1/ZP/PN/2024

Zamawiający, działając na podstawie **art. 135 ust. 2 i 6** ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia – bez ujawnienia źródła zapytań:

1. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, § 1, ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zamontuje część (lampę RTG), zgodnie z wytycznymi producenta i dokona kalibracji lampy w systemie przy użyciu wszystkich niezbędnych narzędzi w tym trybu serwisowego urządzenia głównego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, § 2, ust. 5, lit. d)

W związku z koniecznością spełnienia prawnych wymogów oddziaływania produktów na środowisko naturalne (ochrona zasobów naturalnych, unikanie wytwarzania odpadów) oraz zgodnie z założeniami Wojewódzkich Programów Ochrony Środowiska mającego na celu minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz prowadzenie nowoczesnego (zgodnego ze standardami unijnymi) systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym „Współdziałanie i współpraca z administracją samorządową, rządową, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, instytucjami kontrolnymi w dziedzinie ochrony środowiska” z uwzględnieniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz.Urz.U.E.L 2008 Nr 312) w szczególności art. 4 ust. 1 oraz ustawą z dnia 14.12.2012 r o odpadach, Dz.U. 2013 nr 21 informujemy, że wszystkie części (w tym uszkodzona lampa) zostają zwrócona do producenta w celu utylizacji lub podjęcia innych działań zgodnych z powyższymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienie dokumentu potwierdzającego utylizację starej - uszkodzonej lampy. Wprowadzenie tego wymogu wygeneruje wyższe koszty po stronie Wykonawcy w zakresie samej utylizacji oraz braku zwrotu uszkodzonej części do producenta (i pozyskania jej elementów do dalszego recyklingu).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 177.708.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO S.A.).

województwo [Ⓢ]
łódzkie



3. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, § 2, ust. 6, lit. c)

Prosimy o zrezygnowanie z wymogu przekazania dokumentów gwarancyjnych, ponieważ producent ani wykonawca takich dokumentów nie wystawia, a dodatkowo wszystkie kwestie związane z gwarancją uregulowane są w niniejszej umowie i KC. Alternatywnie w przypadku braku zgody, informujemy Zamawiającego, że dokument gwarancyjny będzie miał postać zapisów z przedmiotowej umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

4. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, § 2, ust. 7, lit. a i b)

Prosimy o usunięcie, ponieważ lampa RTG jest traktowana jak każda inna część zamienna (nie wyrób medyczny) dla której producent nie określił listy specjalnych części zamiennych i listy upoważnionych podmiotów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

5. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, § 3, ust. 1 i zał. nr 1

Prosimy o doprecyzowanie warunków gwarancji poprzez dodanie zapisu:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną Lampę na następujących warunkach: - wymiana na koszt Wykonawcy do 12 miesięcy od daty zainstalowania lub do 80.000 jednostek obciążeniowych* w zależności co nastąpi wcześniej,

W przypadku zużycia się lampy po okresie gwarancji zobowiązujemy się złożyć Państwu ofertę zawierającą w szczególności następujące warunki:

- 70% upustu przy wymianie do 18 miesięcy od daty zainstalowania lub do 120.000 jednostek obciążeniowych* w zależności co nastąpi wcześniej,

- 40% upustu przy wymianie do 24 miesięcy od daty zainstalowania lub do 160.000 jednostek obciążeniowych* w zależności co nastąpi wcześniej.

*Jedna jednostka obciążeniowa = 1 ekspozycja = 2 sekundy ekspozycji cine, DSA, DR, DCM, 15 sekund skopii pulsacyjnej DPF

Warunkiem utrzymania gwarancji na zakupioną Lampę jest terminowe wykonywanie przeglądów technicznych całego urządzenia przez autoryzowany serwis Wykonawcy.

Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady Lampy wynikłe na skutek: - eksploatacji Lampy przez Zamawiającego niezgodnej z jej przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego do instrukcji obsługi, wynikające z naturalnego zużycia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn



leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.) Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

6. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, § 3, ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że rękojmia jest ograniczona do zakresu i okresu gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga okresu rękojmi zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, § 3, ust. 11

Prosimy o usunięcie, ponieważ lampa RTG jest traktowana jak każda inna część zamienna (nie wyrób medyczny) dla której producent nie określił listy podmiotów upoważnionych do wykonywania serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

8. Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ,

Projekt umowy Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odpowiedź: Wykonawca uzgodni dostęp do urządzenia oraz stan sanitarny pomieszczenia, w którym znajduje się lampa RTG, z Podmiotem Leczniczym, który będzie użytkownikiem przedmiotu zamówienia. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zapewnia, że w celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Użytkownik zapewnia, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie będzie zainstalowane nie będą wówczas zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i dokumentów postępowania.

Zamawiający informuje, iż zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

Sylwia Frąckowiak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 177.708.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO S.A.).

województwo [Ⓢ]
łódzkie