



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480  
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/4/2022

Przasnysz, dnia 25.01.2022 r

**Do wszystkich,  
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: zapytania na wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego. dla SPZZOZ w Przasnysz.

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający wydziela odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Pytanie** do **pakietu** **18**  
Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach przeglądu mają być wymienione akumulatory, czy będą ewentualnie wymieniane na podstawie odrębnych zleceń. Producent przewiduje wymianę co 24 miesiące podczas przeglądu. Pozostałe pakiety

Prosimy o sprecyzowanie czy podczas przeglądów mają być uwzględnione wymiany akumulatorów producenci zalecają bez nakazu wymogu wymianę jeśli tak proszę o wskazanie pakietów w ma to być uwzględnione. Czy w respiratorach ma być uwzględniony czujnik O2 i akumulator podczas przeglądu. Dotyczy warunków uczestnictwa.

Dotyczy warunków uczestnictwa.  
Czy Zamawiający ze względów koniecznych procedur wykonywania przeglądów co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów i zamawiającego będzie wymagał podania w formie wykazu posiadania aparatów kontrolno pomiarowych wraz z podaniem świadectw homologacji oraz podania struktury własności.

*Odp. Akumulatory, czujniki O2 będą wymieniane na podstawie odrębnych zleceń. Zamawiający nie wymaga podania w formie wykazu posiadania aparatów kontrolno pomiarowych wraz z podaniem świadectw homologacji oraz posiadania struktury własności.*

**Pyt. 2**

**Pakiet** **5**

1. Dotyczy załącznika nr 3, umowa § 7 ust. 2: Prosimy o potwierdzenie, że przez wymianę części na nowe Zamawiający rozumie część nową: oryginalną lub zamiennika fabrycznie nowego lub regenerowanego w zależności od tego, jakiego rodzaju część została użyta do naprawy pierwotnie, zgodnie z § 2 ust. 13.

*Odp. Zamawiający potwierdza zgodnie z § 2 ust. 13.*

2. Dotyczy pakietu nr 5: Z uwagi na fakt, że nasza firma jest autoryzowanym

dystrybutorem firmy Samsung a w pakiecie 5 wyszczególniony jest również inny aparat, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatu USG HS70A z pozycji 1 w oddzielnym pakiecie, co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert?

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu 5 poz. 1, tworząc z niej Pakiet 5a.*

**Pyt. 3 - dotyczy Pakietu nr 22**

Prosimy o potwierdzenie, czy w trosce o życie i zdrowie pacjentów, Zamawiający będzie wymagał od wykonawców, w celu potwierdzenia zdolności technicznej, posiadania autoryzacji producenta lub certyfikatu ISO 13485:2016 potwierdzającego stosowanie tych samych standardów co producent.

Tylko spełnienie przedmiotowego warunku zapewni Zamawiającemu właściwy poziom jakości wykonania usługi.

*Odp. Zamawiający w zakresie Pakietu nr 22 będzie wymagał od wykonawców w celu potwierdzenia zdolności technicznej posiadania autoryzacji producenta lub certyfikatu ISO 13485:2016.*

Z poważaniem:

DYREKTOR  
SP ZZOZ w Przasnyszu

*mgr Grzegorz Magnuszewski*

Sporządziła:  
Magdalena Krzykowska  
st. insp. ds. zamówień publicznych  
i eksploatacji sprzętu  
tel. 29 75 34 405