



Poznań, dnia 02.10.2023r.

Oznaczenie sprawy: PN-104/23

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę ultrasonografu w ramach projektu POIŚ**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie 1 dot. Tabela – Opis Wymagania – pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada 14-bitowy przetwornik z systemem równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym formowaniem do 32 wiązek jednocześnie z różnych kierunków?

Przetwornik 14-bitowy jest znacznie lepszy od 12-bitowego i zapewnia szybsze przetwarzanie sygnałów co przekłada się na wyższą jakość obrazu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dot. Tabela – Opis Wymagania – pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada maksymalną liczbę obrazów pamięci Cine dla trybu 2D na poziomie 10 000 obrazów?

W codziennej praktyce proponowana ilość jest zupełnie wystarczająca do wszystkich procedur diagnostycznych i nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu - 10 000 obrazów tj. aż ok. 3 minut zapisu w zależności od rodzaju badania. W zasadzie poza zaawansowaną kardiologią tak duża pojemność pamięci Cine loop nie jest stosowana. Wymóg na tak wysokim poziomie jedynie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 dot. Tabela – Opis Wymagania – pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D RT (4D)?

Zamawiający nie wymaga jakiegokolwiek sondy objętościowej niezbędnej do obrazowanie 3D RT (4D) – obrazowanie to u wszystkich producentów jest opcjonalne i niepotrzebnie podnosi cenę urządzenia, a i tak nie będzie wykorzystywane.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.





Pytanie 4 dot. Tabela – Opis Wymagania – pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada głowicę Liniową typu Hockey o następujących parametrach: zakres częstotliwości 4,5 – 17,0 MHz, 128 elementów, szerokość skanu (czoła): 25,6 mm, obrazowanie harmoiczne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dot. Tabela – Opis Wymagania

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów mięsnych (piersi, tarczyca, macica, nerki itp.) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Zestaw nr 2

Pytanie 1

Zamawiający w ocenie przyznaje 10 punktów za gwarancję dłuższą niż 48 miesięcy. Prosimy o zmianę i przyznanie 10 punktów za okres gwarancji większy, równy 48 miesięcy.

Odp.: Zamawiający przyzna 10 punktów gwarancyjnych przy spełnieniu warunku ≥48 miesięcy.

.....
(podpis Zamawiającego)

