



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22
Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w
Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg
tel. centr. +48 94/35 44 620
NIP 671-15-54-411

Kołobrzeg, dnia 22.06.2023 r.

Nr postępowania: 14/2023

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:
„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

zadanie nr 2: dostawa lasera wysokoenergetycznego – szt. 1

Pytanie nr 1:

czy zamawiający uzna za spełniający SWZ i dopuści do postępowania laser wysokoenergetyczny o poniższych parametrach technicznych:

- 1) Moc maksymalna 10 W;
- 2) Długość fali 1064 nm;
- 3) Kolorowy ekran dotykowy 5,7”;
- 4) Tryb pracy Ciągły, impulsowy, trójkątny, superpulse;
- 5) Liczba programów terapeutycznych: 43;
- 6) Funkcje bezpieczeństwa – wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik drzwiowy;
- 7) Terapia termiczna na powierzchni do 100 cm²;
- 8) Dawka 1 J/cm² – 1000 J/cm²;
- 9) Wymiary 320 × 190 × 280 mm;
- 10) Waga urządzenia 8 kg;
- 11) Zasilanie 100–240 V, 50–60 Hz;
- 12) Klasa lasera IV;
- 13) Klasa ochronności sprzętu II;
- 14) Stopień ochrony IP zgodnie z EN 60 529 IP 20;
- 15) Automatyczne przeliczanie parametrów terapii;
- 16) Układ optyczny z regulacją wielkości plamki w zakresie 10-30 mm;
- 17) Regulacja parametrów w trakcie terapii za pomocą sondy laserowej;
- 18) Ciągła, wielopozycyjna kontrola mocy;
- 19) Protokoły QUICK;
- 20) Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna;
- 21) Nawigacyjny atlas anatomiczny;
- 22) Autokalibracja sondy laserowej;
- 23) Okulary ochronne (2 szt.);
- 24) Dedykowany stolik pod aparat;
- 25) Zrobotyzowany System Skanowania z wbudowaną kamerą termowizyjną, czujnikiem temperatury oraz czujnikiem dystansu i skanem percepcji termicznej, Kolorowy ekran dotykowy 7”, 6 -przegubowe ramię dla wygody użytkownika

Odp.: zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu zgodnie z przedstawionymi w postępowaniu wymogami SWZ.

zadanie nr 7: dostawa urządzenia do terapii ultradźwiękowej – szt. 1

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający uzna za spełniający SWZ i dopuści do aparatu do terapii ultradźwiękowej o poniższych parametrach technicznych:

- 1) Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej;
- 2) Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem;
- 3) Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz), podgrzewana i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm²
- 4) Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu;
- 5) Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta;
- 6) Praca ciągła i impulsowa (10 – 150Hz);
- 7) Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz);
- 8) Współczynnik wypełnienia 5-100 %;
- 9) Natężenie od 0,1 do 3W/cm² przy pracy impulsowej i do 2W/cm² przy pracy ciągłej;
- 10) Możliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) i wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 1cm²;
- 11) Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku;
- 12) Sekwencje zapisywane przez użytkownika (150);
- 13) Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy);
- 14) Liczba gotowych programów terapeutycznych: 57;
- 15) Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (499);
- 16) Sygnały dźwiękowe;
- 17) Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów;
- 18) Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim;
- 19) Klasa wg NV 336/2004 Sb. i MDD 93/42/EEC IIB;
- 20) Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz;
- 21) Waga aparatu max 3 kg;
- 22) Wymiary 380 x 190 x 260 mm;
- 23) Aparat wyposażony w stolik z sześcioma uchylnie otwieranymi szufladami;
- 24) Bezobsługowa głowica wieloczęstotliwościowa o powierzchni 12 cm²

Odp.: zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu zgodnie z przedstawionymi w postępowaniu wymogami SWZ.

zadanie nr 9: dostawa aparatu EKG – szt. 1

Pytanie nr 3

pkt 11 OPZ – zal. nr 1.9 do SWZ

czy zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wirtualną, dotykową klawiaturę alfanumeryczną oraz klawisze funkcyjne? Obsługa elektrokardiografu odbywa się z ekranu dotykowego co jest rozwiązaniem prostszym i bardziej naturalnym oraz ułatwia utrzymanie czystości urządzenia – brak problemu ze zbieraniem się zanieczyszczeń.

Odp.: zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 4:

pkt 19 OPZ – zal. nr 1.9 do SWZ

czy zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowaną w aparat drukarką termiczną drukującą 8 pkt/mm w osi amplitudowej oraz 40 pkt/mm w osi czasu i obsługującą papier w formie składanki, dowolnego producenta o wymiarach 210 x 140 [mm]? Oferowany aparat EKG drukuje zapis EKG w formacie A4, czyli 210 mm x 295 mm.

Odp.: zamawiający wyraża zgodę, dokonując modyfikacji treści SWZ w niniejszym zakresie.

Pytanie nr 5:

pkt 27 OPZ – zal. nr 1.9 do SWZ

czy zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w szerszy zakres cyfrowych filtrów zakłóceń mięśniowych i filtrów dolnoprzepustowych na poziomie 25/35/45/75/100/150/270/300/350 [Hz]? Jest to lepsze rozwiązanie niż aktualnie wymagane.

Odp.: zamawiający wyraża zgodę, dokonując modyfikacji treści SWZ w niniejszym zakresie.

Pytanie nr 6:

pkt 39 OPZ – zal. nr 1.9 do SWZ

czy zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w gniazdo LAN oraz z możliwością rozbudowy o czytnik kodów kreskowych 1D i 2D (kody QR) oraz komunikację w standardzie WIFI i 4G (LTE)?

Odp.: zamawiający wyraża zgodę, dokonując modyfikacji treści SWZ w niniejszym zakresie.

Pytanie nr 7:

pkt 42 OPZ – zal. nr 1.9 do SWZ

czy zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wewnętrzny akumulator pozwalający na ciągłą pracę urządzenia przez ponad 4h w trybie automatycznym z wydrukiem wykonanych badań?

Odp.: zamawiający wyraża zgodę, dokonując modyfikacji treści SWZ w niniejszym zakresie.

Pytanie nr 8:

pkt 43 OPZ – zal. nr 1.9 do SWZ

czy zamawiający dopuści aparat EKG o masie z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka nieprzekraczającej 3,5 kg? Jest to minimalna różnica względem aktualnie wymaganej.

Odp.: zamawiający wyraża zgodę, dokonując modyfikacji treści SWZ w niniejszym zakresie.

Pytanie nr 9

pkt 44 OPZ – zal. nr 1.9 do SWZ

czy zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach nieprzekraczających 298 x 209 x 103 [mm] (+/- 5mm) czyli zbliżonych do aktualnie wymaganych? Oferowany aparat jest gabarytowo mniejszy niż wymagany i różni się jedynie o 23 mm w jednym wymiarze od aktualnie opisanego.

Odp.: zamawiający wyraża zgodę, dokonując modyfikacji treści SWZ w niniejszym zakresie.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. w zal. nr 1.9 do SWZ dokonuje się modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia (parametrów wymaganych) w następującym zakresie:

- 1) pkt 19: Drukarka termiczna min. 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210 mm x 295 mm **lub 210 mm x 140 mm**, składanka;
- 2) pkt 27: Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25/45/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej;
- 3) pkt 39: Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych lub kart magnetycznych **lub komunikację w standardzie WIFI i 4G (LTE);**
- 4) pkt 42: Możliwość wykonania badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora **pozwalającego na ciągłą pracę urządzenia przez ponad 4h;**
- 5) pkt 43: Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej **4 kg;**
- 6) pkt 44: Wymiary całkowite urządzenia: max.: **dł.: 300 mm, szer.: 200 mm, wys.: 100 mm, +/- 20 mm.**

- zmiana nr 1 zal. nr 1.9 do SWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrawiskowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kłodzku
mgr Maciej Bejnarowicz

Maciej Stawski
mgr Maciej Bejnarowicz

