

Konin, 09.09.2019 r.

**WSZ-EP-32/882/2019**

wg rozdzielnika

### **WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-32/2019**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

#### **Pytanie 1**

Z uwagi na to, że szafa termostatyczna jest urządzeniem laboratoryjnym pomocniczym nie posiada wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia z deklaracją CE?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, w związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ ( Projekt umowy nr 32/2019), który zamieści na stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl) oraz [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl).**

Sporządziła: S. Skrycka