


**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480 BDO: 000110316
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/43/2022

Przasnysz, 04.08.2022 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: Dostawy zestawu do bronchofiberoskopii z jednorazowymi bronchofiberoskopami i monitorem dla SPZZOZ w Przasnyszu.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pytania do załącznika nr 2 zawierającego zestawienie parametrów technicznych:

1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka i w punkcie II.2 powinno być "zakresy kąta ugięcia wysoki/niski min 200/200°"?

Odp. Zamawiający w pkt II.2 poprawia i wymaga aby „zakresy kąta ugięcia wysoki/niski min 200/200°”.

2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka i w punkcie II.3, II.4, III.3 oraz III.4 chodzi o kompatybilność z podanymi rozmiarami rurek intubacyjnych i rurek dooskrzelowych dwuświatłowych, a treść opisu powinna brzmieć następująco:

II.3.	Kompatybilne z rurkami intubacyjnymi o średnicy wewnętrznej min 6mm
II.4.	Kompatybilne z rurkami dooskrzelowymi o podwójnym świetle o średnicy wewnętrznej min 41 Fr
III.3.	Kompatybilne z rurkami intubacyjnymi o średnicy wewnętrznej min 5 mm
III.4.	Kompatybilne z rurkami dooskrzelowymi o podwójnym świetle o średnicy wewnętrznej min. 35 Fr

Odp. Zamawiający poprawia załącznik nr 2 „Zestawienie parametrów technicznych” i prostuje zapis wg poniższej tabelki.

II.3.	<i>Kompatybilne z rurkami intubacyjnymi o średnicy wewnętrznej min 6mm</i>
II.4.	<i>Kompatybilne z rurkami dooskrzelowymi o podwójnym świetle o średnicy wewnętrznej min 41 Fr</i>
III.3.	<i>Kompatybilne z rurkami intubacyjnymi o średnicy wewnętrznej min 5</i>

	mm
III.4.	Kompatybilne z rurkami dooskrzelowymi o podwójnym świetle o średnicy wewnętrznej min. 35 Fr

Z poważaniem

DYREKTOR
SP. Z O.O. w Pruszkach

Grzegorz Magnuszewski
dr Grzegorz Magnuszewski

Sporządziła:
Magdalena Krzykowska
st. insp. ds. zamówień publicznych
i eksploatacji sprzętu
tel. 29 75 34 405