

**Pytania i odpowiedzi**

**Znak sprawy: ZP/87/2023**

***Dot. Dostawy aparatury medycznej dla Centralnego Szpitala Klinicznego  
Uniwersytetu medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251***

Załącznik nr 1 Pakiet 04

Ad 8. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitoring o stopniu ochrony przed groźnym zalaniem wodą IPX1?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.