



DZP.KK.282.2.2022

Sopot, dnia 21.02.2022 roku

**WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
TRYB PODSTAWOWY – ZNAK: 2-TP-22**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę generatora impulsów wysokiej częstotliwości przeznaczonego do zabiegów termolezji kręgosłupa i nerwów obwodowych wraz z sukcesywną dostawą jednorazowego wyposażenia eksploatacyjnego – Znak: 2-TP-22

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2021.1129 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	<p>Czy Zamawiający dopuści generator do termolezji kręgosłupa i nerwów obwodowych wraz z jednorazowym wyposażeniem eksploatacyjnym o następujących parametrach, równoważny do opisanego w załączniku 3 SWZ w zadaniu 1 i zadaniu 2:</p> <ol style="list-style-type: none">Aparat przeznaczony do zabiegów termolezji jedno i wieloelektrodowejMożliwość wykonywania lezji w min. 4 punktach jednocześnie oraz w regulowanych odstępach czasu. Aparat 4-kanałowyMono i bipolarne radiowe promieniowanie elektromagnetyczneRodzaje termolezji będące na wyposażeniu aparatu. standardowy, pulsacyjny, bipolar, z możliwością rozszerzenia do chłodzonej termolezji.Termolezja ciągła:<ul style="list-style-type: none">- temperatura automatyczna regulowana w zakresie min. 38-95 st.C,- moc 80 WTermolezja pulsacyjna:<ul style="list-style-type: none">- temperatura automatyczna regulowana w zakresie min. 38-45 st.C, -- częstotliwość regulowana w zakresie min. 1-10 Hz,- długość fali regulowana w zakresie min. 10-100 ms,Generator o częstotliwości pracy 460,8 kHzRegulacja czasu trwania lezji w zakresie min. 5 s – 15 min.Stymulacja: czuciowa i motoryczna, kontrola ręczna lub automatyczna, częstotliwość: 2–200 Hz, długość fali 0,1–1 ms, napięcie/natężenie: 0,01-0,2 V/mAWyświetlacz dotykowy LCD umożliwiający wybór opcji generatora i ustawiania parametrów pracy aparatuWskaźnik na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, czasu i mocy dla każdej ze stosowanych elektrod jednocześnieZasilanie sieciowe 230VJednorazowa elektroda neutralna współpracująca z urządzeniemJednorazowe elektrody i kaniule, proste, ostre, długość 10 cm/ średnica 20 G lub długość min 5 cm/średnica 22G -do wyboru przez Zamawiającego	<p>Nie, Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SWZ.</p>

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę generatora impulsów wysokiej częstotliwości przeznaczonego do zabiegów termolezji kręgosłupa i nerwów obwodowych wraz z sukcesywną dostawą jednorazowego wyposażenia eksploatacyjnego – Znak: 2-TP-22– **nie zmienia się.**

PROKURENT

WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Białkowska-Andrzejewska

Maciej Laszkiewicz

