

Wykonawcy postępowania
ZP/109/2023
Łódź, dn. 9.10.2023 r.

Sygnatura: ZP/109/2023

Sprawa: **Wyposażenie sal symulacyjnych w łóżka pacjenta i wózki medyczne w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznych – rozbudowa”**

Działając w oparciu art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1. Dot. Pakiet I

Łóżko szpitalne dziecięce 2szt.

Dot. pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-41stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował pkt. 15 poz. Łóżka szpitalne dziecięce, Pakiet I, zał. nr 2.1 do SWZ nadając mu brzmienie:

15.	Elektryczna regulacja nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-40 stopni +/- 2 ^o 20mm	TAK, podać	
-----	--	------------	--

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany poniższych terminów:

- składania ofert z dnia 10.10.2023 do godz. 10.00 na dzień 13.10.2023 do godz. 10.00.
- otwarcia ofert z dnia 10.10.2023 godz. 10.30 na dzień 13.10.2023 godz. 10.30
- związania ofertą z dnia 8.11.2023 na dzień 10.11.2023.