



*Szpital św. Anny w Miechowie*  
*ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*  
*tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342*  
*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*  
*http://www.szpital.miechow.pl,*  
*e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 3.06.2024r.

Nr sprawy: 12/TP/2024

## **ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

na podstawie art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  
(dalej: ustawa Pzp)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawa myjni dezynfektorów oraz maceratora dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie”. Nr sprawy: **12/TP/2024**.

### **I. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY**

Zamawiający działając zgodnie z art. 253 ust.1 pkt 2 oraz art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej ustawą PZP zawiadamia o odrzuceniu oferty firmy: Sani sp. z o.o., 65-128 Zielona Góra, ul. Grafitowa 2

#### **Uzasadnienie prawne**

art.226 ust.1 pkt.5

#### **Uzasadnienie faktyczne**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy: 12/TP/2024 Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy w oparciu o rozdział IV, pkt 3, ppkt 1 tj. plik pn.: ulotka Uno-sig który to nie zawiera informacji na potwierdzenie ocenianych parametrów w Załączniku nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – macerator (1szt.) w pkt 31 oraz w pkt 45.

Uzupełnienie informacji nie jest możliwe, ze względu na fakt, że brakujące informacje w przedmiotowym środku dowodowym, służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert tj. w rozdziale XIX pkt 2 ppkt 2 SWZ – kryterium: parametry techniczne (PT). W tym przypadku, przedmiotowy środek dowodowy stanowi treść oferty, a więc nie podlega uzupełnieniu.

W punkcie 31 oraz 45 Załącznika nr 4 do SWZ są parametry oceniane dotyczące maceratora Pulpmatic Uno, producent: *DDC Dolphin*, Tym, model: Pulpmatic Uno, które to nie podlegają uzupełnieniu przedmiotowego środka dowodowego. Brak jest informacji o pokrywie z nanocząsteczek srebra oraz o częstotliwości systemu automatycznego odpływu (co 24 godziny).

### **II. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie.

**Uzasadnienie prawne**

art.255 ust.2

**Uzasadnienie faktyczne**

Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Podpis elektroniczny