



Warminsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. 89 532 29 01, fax 89 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SWZ

Znak sprawy: SOZ.383.70.2021

Data: 11.01.2022

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego i laboratoryjnego”.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021. poz. 1129 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pyt. 1:

Jakie modele koncentratorów z pakietu nr 1 posiada Zamawiający? (koszty części takich jak filtry są różne w poszczególnych koncentratorach).

Odp: Zamawiający podaje modele koncentratorów oraz ich ilości:

Nev Life Elite – 40 szt.

De Vilbis – 40 szt.

Invacare Perfecto – 29 szt.

Łącznie – 109 szt.

Pyt. 2:

Z czego wynika ilość przeglądów (poz. 5)

Odp: Zamawiający modyfikuje Ilość przeglądów/ roboczogodzin w kolumnie nr 2 pakietu nr 1, która otrzymuje brzmienie: 436. Zmodyfikowany formularz cenowy w załączeniu.

MODYFIKACJA SWZ

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku. poz. 1129 t.j), Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.

Wzór zmodyfikowanego formularza cenowego stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Dyrektor
Irena Petryna
/podpis na oryginale/