



Piekary Śląskie, dn. 13.02.2023 r.

ZP - 5/2023

**Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm, siła zrywania Mediana min. 7,5N, AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki: palec- 0,10mm – 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Przebadane na min.13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, pozbawione dodatków chemicznych MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD- potwierdzone badaniem metodą HPLC, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 – dot. pakietu nr 36, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 36 poz. 2 i czy dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 – dot. projektu umowy.

Prosimy do paragrafu 8 dopisać ustęp 5 o treści: „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy”, lub o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności”, lub o zmniejszeniu kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów paragrafu 8 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 4 – dot. projektu umowy.

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia w okresie do 12 miesięcy.

Odp.: Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 5 – dot. pakietu nr 29, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o długości narzędzia 2400 mm, z pojedynczą etykietą z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – dot. pakietu nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 15 w poz. 1 żel o poniższym składzie: Pure water, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, 2g Lidocaine Hydrochloride, 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 %, 0.02g Methyl Hydroxybenzoate, 0.02g Propyl Hydroxybenzoate, pojemność 6 ml w ampułko-strzykawce, stosowany do smarowania cewników i innych urządzeń medycznych podczas aplikacji cewki moczowej, okrężnicy i odbytu, takich jak cewnikowanie cewki moczowej, endoskopia i cystoskopia?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 – dot. pakietu nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 15 w poz. 2 żel o poniższym składzie: Pure water, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, 2g Lidocaine Hydrochloride, 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 %, 0.02g Methyl Hydroxybenzoate, 0.02g Propyl Hydroxybenzoate, pojemność 11 ml w ampułko-strzykawce, stosowany do smarowania cewników i innych urządzeń medycznych podczas aplikacji cewki moczowej, okrężnicy i odbytu, takich jak cewnikowanie cewki moczowej, endoskopia i cystoskopia?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 – dot. pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pak. nr 9 w poz. 1 nakłuwacze w rozmiarze 1,8mm/21G pakowane po 200 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 – dot. pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 9 poz. 1 (nakłuwacz bezpieczny) do osobnego zadania?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 – dot. pakietu nr 28, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatycznego długości ramienia 10 mm, rozwarcie ramion klipsa do wyboru zamawiającego 11,13,16 mm, stopień zagięcia klipsa 90 stopni. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Klips zabezpieczony plastikową końcówką, przed przypadkowym otwarciem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11 – dot. pakietu nr 28, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatycznego długości ramienia 10 mm, średnica osłonki 2.5 mm, rozwarcie ramion klipsa do wyboru zamawiającego 13,16 mm, stopień zagięcia klipsa 135 stopni. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 – dot. pakietu nr 28, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne z łyżeczkami wydłużonymi 4,3 mm w wersji z funkcją biopsji stycznych i rozwarciu 7,5 mm, powleczenie koloru szarego z markerami? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 – dot. pakietu nr 28, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii na ciepło, obrotowe 360°, obrót pętli poprzez pokrętko na rękojeści, pleciony drut o grubości 0, 47 mm, średnice 10,15,25,30,35,40 mm średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 2300 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 – dot. pakietu nr 28, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii na ciepło, obrotowe 360°, obrót pętli poprzez pokrętko na rękojeści, pleciony drut o grubości 0, 47 mm, średnice 6,10,15,25,30,35,40 mm średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 2300 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 – dot. pakietu nr 28, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy osłonki 2.3 mm zamiast 2.4 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 – dot. pakietu nr 29, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii na ciepło, obrotowe 360°, obrót pętli poprzez pokrętło na rękojeści, pleciony drut o grubości 0,47 mm, średnice 6 mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 2300 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 – dot. pakietu nr 29, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką chwytającą; jednorazowe, owalne, obrotowe 360°, z regulacją wysunięcia. Zakres otwarcia pętli do wyboru zamawiającego 30x60 mm oraz wersja powiększona 40x60mm, Średnica narzędzia 2,6mm, długość robocza 2300mm, pasująca do kanału roboczego 2,8mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 – dot. pakietu nr 29, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kleszcze do usuwania ciał obcych o średnicy osłonki 2.3 mm zamiast 2.4 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19 – dot. pakietu nr 9, poz. 14

Czy w Pakiecie nr 9 w poz. 14 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20 – dot. pakietu nr 9, poz. 14

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 9 poz. 14 do odrębnego pakietu.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21 – dot. pakietu nr 28, poz. 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 28, w Poz. 1 Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipssem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni,

długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22 – dot. pakietu nr 28, poz. 2

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 28, w Poz. 2 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 6,7mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz pomarańczowy dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z możliwością wykonania biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23 – dot. pakietu nr 28, poz. 3

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 28, w Poz. 3 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji pleciona drut o średnicy 0,47mm dla średnicy otwarcia pętli 10mm,15mm,20mm,24mm,36mm lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 – dot. pakietu nr 28, poz. 4

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 28, w Poz. 4 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji pleciona drut o średnicy 0,47mm dla średnicy otwarcia pętli 10mm,15mm,20mm,24mm,36mm lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25 – dot. pakietu nr 28, poz. 5

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 28, w Poz. 5 Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,7 mm lub 0,9mm i głębokości nakłucia 5 mm (do wyboru przez Zamawiającego).

Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26 – dot. pakietu nr 28, poz. 6

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 28, w Poz. 6 Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 21mm x 26mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 – dot. pakietu nr 28, poz. 7

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 28, w Poz. 7 Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 21mm x 26mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 – dot. pakietu nr 28, poz. 8

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 28, w Poz. 8 Marker, jednorazowego użytku, sterylne, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 – dot. pakietu nr: 4, 5, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści nici nawinięte na papierowy nośnik?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 – dot. pakietu nr 4, poz. 23-26

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku triclosanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31 – dot. pakietu nr 4, poz. 12-14

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 – dot. pakietu nr 4, poz. 16

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jakiego rodzaju igły Zamawiający wymaga ww. pozycji, czy ma to być igłą okrągłą czy odwrotnie tnąca?

Odp.: Igła okrągła.

Pytanie 33 – dot. pakietu nr 4, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 90 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 – dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany, wytrzymały na rozciąganie, wykonany z polidiodksanonu o długim okresie podtrzymywania, 70% po 28 dniach, 60% po 43 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 – dot. pakietu nr 5, poz. 2, 4

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 – dot. pakietu nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 90 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu


mgr Marcin Baron

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PROKURENT


Izabela Hacık